



W SŁUŻBIE PACJENTOM

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, 28 grudnia 2020r.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



Szpital
bez bólu

tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AT.R.334.252. .2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na zakup i dostawę 5 sztuk aparatów do wysokoprzepływowej nieinwazyjnej terapii tlenowej wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału zakaźnego VI piętro-prawa i lewa strona wpłynęły 3 pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści aparat z komunikatami na wyświetlaczu w formie graficznej oraz podstawowymi komunikatorami w języku angielskim?

Odpowiedz na pytanie nr1:

TAK

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści aparat do nieinwazyjnej wysokoprzepływowej terapii tlenowej bez konieczności dezynfekcji aparatu?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

NIE

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat z brakiem regulacji wysokości statywu ?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

TAK

Z-ca Dyrektora
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPIITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Łączności
lek.med. Marta Węgrzyn - Bąk

SL