

**ZAŁĄCZNIK do wyjaśnień SIWZ****Postępowanie AG.ZP.3320.50.17**.....  
/pieczęć/**FORMULARZ CENOWY: łyżki i rękojeści do laryngoskopów – Zadanie nr 33 A**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna, numer katalogowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, Kraj pochodzenia
1.	Łyżka do laryngoskopu światłowodowa - typu McIntosh rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (rozmiar do wyboru) - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu - kompatybilna z rękojeścią o standardzie ISO7376 (zielona specyfikacja) - profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku - mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, - światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, nieosłonięty - wytrzymały zatrzask kulkowy - wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu seryjnego - pakowane folia-folia	Szt.	4000						
2.	Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu aluminium, - kompatybilna z łyżkami o standardzie ISO 7376 - zakończenie rękojeści czopem z tworzywa sztucznego w kolorze	Szt.	1000						

zielonym - rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED - podłużne frezy na rękojeści (zapewniają pewny uchwyt) - pakowana folia								
<b>Cena ostateczna</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>

Wartość brutto (słownie złotych) -.....

.....  
/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....  
/pieczęć/

### FORMULARZ CENOWY: laryngoskopy i rękojeści do laryngoskopów – Zadanie nr 33 B

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa własna, numer katalogowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Łączna cena netto	Łączna cena brutto	Producent, Kraj pochodzenia
1..	<b>Laryngoskop z technologią podwójnego światła – Ultrafioletowe UV / Białe LED</b> Jednorazowy laryngoskop wyposażony w technologię podwójnego światła Ciemne Ultrafioletowe UV / białe typu LED, powodującą fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy. Dodatkowo podwójne światło UV / Białe LED znacznie redukuje refleksy od płynów i tkanek w drogach oddechowych. Źródło światła umieszczone w łyżce. Zestaw składa się z łyżki typu McIntosh o rozmiarach: 0,1,2,3PLUS,4 (rozmiar do wyboru ); nieodkształcającej się wykonanej z lekkiego stopu metalu. z wytrzymałym zatrzaskiem kulkowym zapewniającym trwałe mocowanie w rękojeści.	Szt.	5						
2.	Rękojeść aluminiowa jednorazowego użytku kompatybilna z łyżką w technologii podwójnego światła - Ultrafioletowe UV / Białe LED.	Szt.	5						
	<b>Cena ostateczna</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>

Wartość brutto (słownie złotych) - .....

.....  
/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Załącznik do wyjaśnień SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.50.17