



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu [®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 lutego 2016 r.

AG.ZP.3320.68.. .15/16



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę elektrod i zestawów do wprowadzania dla Oddziału Kardiologii**. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. zadania 4.

Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: czy elektroda do czasowej stymulacji serca powinna być wyposażona w trzy oddzielne stalowe mandryny (druty) o odpowiednio wygiętym kształcie, wprowadzane przez kanał w elektrodzie tuż przed jej użyciem, czy też elektroda powinna mieć anatomiczną, fabrycznie przygotowaną końcówkę dosercową, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przed jej użyciem?

Wyjaśnienie:

Fabrycznie przygotowana końcówka bez wewnętrznych mandrynow.

*Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med Marek Lipiec*

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



Szpital
bez bólu