



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 09 lipca 2024 r.

AT.R.334.31.2024

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania AT.R.334.31.2024

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn” **„Dostawa materacy szpitalnych oraz materacy przeciwoleżynowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”** wpłynęły 4 pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

1. „Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwoleżynowy zbudowany z ko-mór wykonanych z poliuretanu wzmocnionego nylonem, w którym komory napełniają się i opróżniają się na przemian co druga?”

Odpowiedź: NIE

2. „Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwoleżynowy z pokrowcem, który można suszyć w temperaturze do 40 st. C? Wysoka temperatura suszenia znacznie przy-spiesza degradację pokrowca.”

Odpowiedź: NIE

3. „Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwoleżynowy z pompą o wydaj-ności 7 l/min., wyposażoną w wymienny filtr powietrza oraz jeden dodatkowy zapasowy? „

Odpowiedź: NIE

4. „Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwoleżynowy z pompą wyposa-żoną w przewód zasilający o długości 3,8m?”

Odpowiedź: TAK

Adam Fimiarcz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu