



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.61.21

Zamość, dnia 24 listopada 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.

1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości oznaczania aktywności czynnika von Willebranda z kofaktorem rystocetyny i wolnego białka S”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

2. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości przechowywania kontroli na pokładzie analizatora ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

3. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez komputera sterującego, monitora, drukarki laserowej ? – komputer sterujący monitor i drukarka termiczna jest wbudowana w część pomiarową.”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

4. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup wyposażony w jedną sondę pomiarową na odczynniki, próbki i inne materiały ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

5. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez wbudowanego przebijaka korków próbek systemu zamkniętego ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

6. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup o wydajności 48 oznaczeń na godzinę w analizie jednoczesnej PT/APTT ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

7. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z możliwością jednoczesnego załadunku 10 próbek ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

8. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z 60 kuwetami reakcyjnymi na pokładzie analizatora ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

9. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynnik do fibrynogenu bez informacji w ulotce o odporności na interferencje ze strony leku dabigatran ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

10. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z możliwością dostawiania próbek jednakże bez swobodnego załadunku odczynników, kuwet

i materiałów zużywalnych bez zatrzymania analizator ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

11. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości automatycznego powtarzania badań funkcji wielokrotnych rozcieńczeń (reflex test) ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

12. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości automatycznego monitorowania rodzaju, ilości pozostałych do wykonania testów, numerów LOT oraz terminów ważności odczynników i materiałów zużywalnych znajdujących się na pokładzie analizatora ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

13. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z trwałością odczynnika do PT, APTT, fibrynogenu na pokładzie analizatora 24 godzin ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

14. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup z funkcją kontroli jakości badań Levey-Jeningsa z możliwością wydruku ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

15. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości równoległego przygotowania listy roboczej bądź przeprowadzenia kalibracji metod ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

16. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora backup bez możliwości zapisywania wszelkiego rodzaju zestawień i raportów (wyniki pacjenta, kalibracje, opracowania QC) w postaci plików PDF do odczytania na dowolnym komputerze ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

17. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z możliwością wstawiania i wykonywania badań pilnych poza kolejką (tryb cito) z dedykowanymi miejscami cito (analizator główny 5 miejsc, analizator backup 1 miejsce cito) ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

18. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów w pełni kompatybilnych, pracujących w oparciu o takie same odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały systemowe jednakże wykorzystujący odmienne kuwety pomiarowe ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

19. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów bez możliwości podłączenia do zdalnego systemu serwisowego ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wyłącznie w odniesieniu do analizatora backup.

20. „Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie wymiany źródła światła (1x na ok. 1000h pracy analizatora – w praktyce 1xkwartał). Każdorazowa wymiana źródła światła odbyłaby się bez udziału/ingerencji Zamawiającego, wymiany dokona serwis ?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie uzna za równoważne opisane rozwiązanie.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu