



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 10.03.2023 r.

AT.Z.2150.44.1.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę elektrod EKG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pozycja 1, 2, 3:

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zbiorcze np. op 50 szt, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 2:

Pozycja 2:

„Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o rozmiarze 42x56 mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Pozycja 3:

„Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 36 mm pediatryczne bez nacięcia do mocowania kabla ? ”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Pytanie dotyczące składania oferty:

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem do dnia 15.03.2033 do godziny 13:00 ?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

NIE, zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu