



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.29.6 .2016

Zamość , dnia 10.11.2016 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/F
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/P
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/P
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/P
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/P
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/P
ISO 22000 : 2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego wpłynęły pytania :

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający zgodzi się w poz. 6 na próbki sterylne z korkiem na wcisk ?

Odpowiedź : TAK

2. Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 oczekuje końcówek Gilson czy Eppendorf ?

Odpowiedź : Typ Eppendorf

3. Czy Zamawiający w poz. 6 oczekuje probówek okrągłych czy stożkowych ?

Odpowiedź : Dopuszcza probówki okrągłe i stożkowe.

4. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści probówki o wymiarach 16x100 i poj. 10ml ?

Odpowiedź : TAK

5. Czy Zamawiający w poz. 9 wymaga wymazówek w próbówce 13x165mm ?

Odpowiedź : NIE

6. Czy Zamawiający w poz. 9 wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim pakowanych indywidualnie ?

Odpowiedź : NIE

7. Czy Zamawiający w poz. 9 oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej próbówce w języku polskim ?

Odpowiedź : NIE

8. Czy Zamawiający w poz. 9 oczekuje wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilość jednostek tworzących kolonie) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania ?

Czy dokument potwierdzający powyższe należy złożyć wraz z ofertą ?

Odpowiedź : TAK

9. Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści pojemnik do kawy o wymiarach 25x80 ?

Odpowiedź : TAK

10. Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści pojemnik do kawy o wymiarach 22x63 ?

Odpowiedź : TAK

11. Czy Zamawiający w poz. 16 i 17 wymaga statywów wykonanych z ABS ?

Odpowiedź : TAK

12. Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści końcówki uniwersalne 1000-5000ul ?

Odpowiedź : końcówki muszą być kompatybilne z pipetą typu Medlab.

13. Czy Zamawiający w poz 1 wyrazi zgodę na zaferowanie etykiet o wymiarach 40x20mm ?

Odpowiedź : TAK

14. Czy Zamawiający w poz. 7 wymaga zaferowania probówek typu Eppendorf z płaskim , zatrzaskowym , zintegrowanym z probówką wieczkiem ?

Odpowiedź : TAK

15. Czy Zamawiający w poz. 8 wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek z wacikiem bawełnianym ?

Odpowiedź : NIE

16. Czy Zamawiający w poz. 8 , 9 i 10 wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek bez podłoży klasy I ?

Odpowiedź : NIE

17. Czy Zamawiający w poz. 11 wyrazi zgodę na zaferowanie pipet Pasteura o pojemności użytkowej 3ml i pojemności całkowitej 4 ml ?

Odpowiedź : TAK

18. Czy Zamawiający w poz. 14 wyrazi zgodę na zaferowanie naczynek o pojemności 2ml ?

Odpowiedź : TAK

19. Czy Zamawiający w poz. 15 wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników do kawy o wymiarach 80x30 ?

Odpowiedź : TAK

20. Czy Zamawiający w poz. 16 dopuści statyw na próbki o średnicy 12mm pozostałe wymogi pozostają bez zmian ?



KOMITET
UPRZASZCZANIA
KARMIEŃIA
PIERŚM



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524