



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Register of Standards (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005

Zamość ,dnia 31.08.2016r

AG.Z.2150.40.1. .2016

dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje ,że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lamp zabiegowych diodowych wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedzi :

1.Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia pracowników,a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską ?

Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu,dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów,które podwyższą znacznie wartość oferty.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę,aby regulacja natężenia/regulacja pola operacyjnego oraz włączanie i wyłączanie lampy odbywało się płynnie,bezdotykowo czujnikiem umieszczonym na czasy w przedziale 15-100%? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i jest korzystniejsze od wymaganego.

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na współczynnik odwzorowania barw Ra=95? Parametr nieznacznie odbiegający do wymaganego.

Odpowiedz :

Zgodnie z opisem do zaproszenia .

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec*

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524