



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 12 października 2017 r.

AG.ZP 3320.63.10816.17

Dotyczy : **wyjaśnienia treści SIWZ**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę papierów do sterylizacji, testów, rękawów do sterylizacji oraz akcesoriów do urządzeń Centralnej Sterylizatorni. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

1. Zadanie 3 pozycje 1-8: Czy Zamawiający dopuści rękaw z fabrycznym ze zgrzewem fabrycznym o szerokości minimum 6mm?

Wyjaśnienie: Nie

2. Zadanie 5 pozycja 6: Czy zamawiający dopuści rękaw o szerokości 400mm?

Wyjaśnienie: Tak

3. Zadanie 5 pozycje 1-6: Czy Zamawiający dopuści rękawy o rekomendowanej przez producenta temperaturze zgrzewania 120-130 ° C ?

Wyjaśnienie: Nie

4. Zadanie 6 pozycja 1: Sposób umieszczania substancji wskaźnikowej na pasku testowym nie ma wpływ na wynik kontroli procesu , czy wobec powyższego , Zamawiający dopuści wskaźniki typu 5 z punktowo ułożoną substancją wskaźnikową ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie 12: czy Zamawiający dopuści filtry w niepodzielnych opakowaniach po 500 sztuk ?

Wyjaśnienie: Tak, Wykonawca będzie zobowiązany do podania ilości sztuk w opakowaniu i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.

6. Zadanie 13 : czy Zamawiający dopuści filtry w niepodzielnych opakowaniach po 200

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – AG.ZP 3320.63.17



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

sztuk?

Wyjaśnienie: Tak, Wykonawca będzie zobowiązany do podania ilości sztuk w opakowaniu i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań.

7. Zapis SIWZ: Czy w przypadku asortymentu nie będącego wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie ?

Wyjaśnienie: Tak.

8. Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar umownych w § 7 ust. 1 wzoru umowy na 0,2 % wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki ?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

9. Dotyczy Zadania 3, pozycja nr 8: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 75mmx25mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 75mmx45mmx100mb?

Wyjaśnienie:Nie.

10. Dotyczy zadania 5, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 50mm/100mb Zamawiający dopuści rękaw 75m/100mb?

Wyjaśnienie: Nie.

11. Dotyczy zadania 5, pozycja nr 6: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 420mm/100mb Zamawiający dopuści rękaw 400mm/100mb?

Wyjaśnienie: Tak.

12. Dotyczy zadania 5: Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 120°C - 150°C?

Wyjaśnienie: Nie.

13. Dotyczy Zadania 5: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona, W przypadku zgody prosimy o określenie czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek czy dokonać zaokrąglenia do pełnych rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy Zadania 6, pozycja nr 2: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy przez podaną

ilość Zamawiający rozumie 18 000 sztuk pasków podzielnych na dwa testy (tj. 36000 pojedynczych testów) czy też 18 000 sztuk testów po podziale?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy Zadania 6, pozycja nr 2: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe tj. 500 sztuk?

Wyjaśnienie: Tak.

16. Dotyczy Zadania 8, pozycja nr3: Czy zamawiający dopuści taśmę o szerokości 1,8cm?

Wyjaśnienie: Tak.

17. Czy Zamawiający dopuści test Bowie&Dick spełniający opis SIWZ, konfekcjonowany w opakowaniach-przyrząd PCD + 400 wskaźników i zaoferowanie tym samym 4 takich zestawów, co daje 4 szt. przyrządów PCD i 1600 szt. wskaźników? Zgodnie z treścią normy PN EN 14937 to producent ma obowiązek określić krotności użycia przyrządu PCD.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

18. Czy zamawiający potwierdza że wymaga testu Bowie&Dick, którego konstrukcja pozawala na stosowanie bez użycia dodatkowych przedmiotów jak np. odwrócona taca sterylizacyjna?

Wyjaśnienie:Zgodnie z SIWZ.

Z – ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec