

Nazwa zadania: **Dostawa Szybkich Testów Ureazowych w kierunku wykrywania Helicobacter Pylori dla Zakładu Endoskopii i zestawów diagnostycznych do testów punktowych typu prick (odczynniki i lancety) dla Oddziału Pediatrycznego i zestawów typu combo do wykrywania antygenów wirusów : grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście dla Laboratorium Analitycznego.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Dostawa Szybkich Testów Ureazowych w kierunku wykrywania Helicobacter Pylori, w ilości 2500 szt. na okres 12 miesięcy

Test ureazowy wykonany z płytki polisterynowej zawiera:

- taśmę zabezpieczającą
- studzienkę testową
- krążek nasączony mocznikiem celulozowym
- pierścień wskaźnikowy nasączony wskaźnikiem barwnym

Zadanie nr 2

Dostawa zestawów diagnostycznych do testów punktowych typu prick (odczynniki i lancety) dla Oddziału Pediatrycznego

Odczynniki:

o pojemności 2 ml, w ilości 64 sztuk, na okres 12 miesięcy

pomidor, białko jajka, żółtko, wieprzowina, drób, wołowina, tuńczyk, dorsz, łosoś, truskawka, kiwi, pomarańcza, mleko krowie, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, orzech laskowy, orzech ziemny, kakao, orzech włoski, soja, mąka pszenna, trawy uprawne, trawy dzikie, bylica, babka lancetowata, brzoza, leszczyna, olsza czarna, dąb szypułkowy, roztocza kurzu domowego, roztocza, lateks .

o pojemności 1 ml, w ilości 32 sztuk, a na okres 12 miesięcy

alternaria, kropidlak popielaty, cladosporium herbarum, pędzlak, koń, kot, pies, królik .

lancet:

w ilości 800 sztuk, na okres 12 miesięcy

- końcówki kłujące o długości 0,9mm.
- wyprodukowane ze stali nierdzewnej, pakowane sterylnie i jednostkowo w opakowanie zbiorcze.

Zadanie nr 3

Zestawy typu combo do wykrywania antygenów wirusów : grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście dla Laboratorium Analitycznego

1. **Zestaw diagnostyczny** złożony jest z :
 - testu - płytki testowej
 - probówki do ekstrakcji szczelnie zamykaną zatyczką lub zakrętką
 - buforu ekstrakcyjnego
 - sterylnej, giętkiej wymazówki do pobierania materiału z nosogardzieli
 - do opakowania zbiorczego dołączona jest instrukcja stosowania testu.
2. Szybki, kasetkowy, immunochromatograficzny test typu combo, do jakościowego, jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów : grypy typu A, grypy typu B i RSV w wymazach bezpośrednich pobranych z nosogardzieli.
3. Test do stosowania w laboratorium analitycznym i w oddziałach szpitalnych (test POCT).
4. Czulość względna :
 - dla grypy typu A i B nie mniej niż 92 %
 - dla RSV nie mniej niż 92 %.
5. Swoistość testu dla każdego z wirusów nie mniej niż 98 %.
Do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania testu.
6. Test może być przechowywany w temperaturze pokojowej (co najmniej do 28 st.C).

Wymagana ilość na 12 miesięcy : 1 **000 zestawów**

Parametry oceniane

Lp.	Parametry oceniane	Punktacja	Opisać spełnienie TAK / NIE
1.	Nie jest wymagane napełnianie probówki buforem ekstrakcyjnym (probówka jest fabrycznie napełniona buforem ekstrakcyjnym i jest szczelnie zamknięta).	TAK - 30 pkt. NIE – 0 pkt.	