



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.63.23

Zamość, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa spiral embolizacyjnych do zabiegów endowaskularnych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie numer 1 spirale embolizacyjne odczepialne wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA, charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukując przepływ, przyjmujące kształt helikalny i 3D z zewnętrznym systemem odczepiania z możliwością repozycjonowania koilii o minimalnej średnicy wewnętrznej mikrocewnika 0,0165'' i 0,021'' w szerokim zakresie rozmiarów od 2-20 mm i długościach 4-50cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu