

Zamość, dnia 31 stycznia 2020 r.



AG.ZP 3320.5.20



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę aparatu ECMO i trzech pomp do kontrapulsacji wewnątrzortalnej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:**

Pyt. 1; Zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pompy do kontrapulsacji Optimus AC3, amerykańskiego producenta Teleflex (Arrow), o poniższych parametrach w SIWZ:

- Prezentacja stanu wypełnienia balonu poprzez krzywą ciśnienia helu w balonie (pkt 4),
- Tryby pracy automatyczny i ręczny z ustawieniami pośrednimi np. poprzez automatyczne wyzwalanie A-fib przy ręcznym trybie operatora lub Arrhythmia timing off przy trybie automatycznym (pkt 6),
- Automatyczne i bezpieczne usuwanie pary wodnej z systemu do pojemnika, dzięki czemu płyn biologiczny nie przenosi się na inne elementy urządzenia i otoczenie (pkt 16)?

Pozostałe parametry techniczne oferowanego urządzenia pozostają bez zmian.

Dodatkowo oferowane urządzenie:

- Jest najnowszą dostępną pompą do kontrapulsacji, która została wprowadzona na rynek amerykański i europejski w 2017 roku,
- Jest najłżejszym dostępnym systemem na rynku,
- Nie posiada elementów rutynowo podlegających wymianie, co znacząco redukuje koszty jego użytkowania,
- Posiada technologię WAVE dzięki której jest w stanie wybrać moment inflacji w trakcie trwania cyklu serca nawet przy całkowitej niemiarywości,
- Posiada możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika w zakresie 0,5 ml do 50 ml z dokładnością 0,5 ml,
- Ma możliwość monitorowania i ustawiania alarmów średniego ciśnienia tętniczego pacjenta MAP,
- Posiada historię alarmów umożliwiającą wyświetlenie i wydruk 100 ostatnich komunikatów alarmowych,

tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

- Stale monitoruje jakości sygnału EKG i wybiera optymalny,
- Ma 7 różnych trybów wyzwalania.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2; Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zestawie z każdą z pomp po 4 sztuki jednorazowych butli z helem?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3; Zadanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w pkt 9 urządzenie było w stanie dostarczać nominalną objętość helu do balonu np. 40 ml przy częstotliwości 200 bpm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4; Zadanie 2

Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował dłuższy okres gwarancji i brak elementów pompy rutynowo podlegających wymianie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5; Zadanie 2

Czy Zamawiający w pkt 21 będzie uważał parametr za spełniony, jeśli urządzenie będzie posiadało własne cztery koła bez zdejmowania z wózka?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. ad pkt I SIWZ/wzór umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu szkolenia serwisowego w zakresie pomp do kontrapulsacji. Producent musi być pewien, że przeglądy i naprawy prowadzone są przez autoryzowany serwis urządzeń, by zapewnić prawidłowe działanie. Wszelkie ingerencje i naprawy, prowadzone przez inną niż autoryzowany serwis jednostkę, mogą skutkować odebraniem gwarancji.

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga szkolenia personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, czynności diagnostycznych i okresowych konserwacji dopuszczonych przez producenta.

7. Dot. Załącznik „Wzór umowy” paragraf 1 ust. 3.

Prosimy o odstąpienie od tego ustępu. Serwisowanie aparatury może wykonywać wyłącznie personel autoryzowanego przez wytwórcę, posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe [zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 90 pkt 4 i 5)]. Zgodnie z ww. punktami Ustawy i procedurami wytwórcy nie jesteśmy uprawnieni do prowadzenia szkoleń z zakresu pełnego serwisu dla osób, które nie posiadają właściwego dla danego sprzętu zaplecza technicznego, pełnej dokumentacji technicznej zapewniającej utrzymanie aparatury jako bezpiecznej dla zdrowia i życia pacjenta oraz ściśle określonego doświadczenia zawodowego.

Urządzenia medyczne niewłaściwie serwisowane bądź bez właściwych przeglądów technicznych mogą pracować odmiennie od zakładanych parametrów, pomimo pozornej sprawności technicznej. Może to być niewidoczne dla niewykwalifikowanego bądź niedoświadczanego personelu.

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga szkolenia personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, czynności diagnostycznych i okresowych konserwacji dopuszczonych przez producenta.

8. Dot. Załącznik „Wzór umowy” Paragraf 2 ust. 6. Proszę o rezygnację z tego punktu. Serwisowanie aparatury może wykonywać wyłącznie personel powołany/ autoryzowany przez wytwórcę, posiadający kwalifikację i doświadczenie zawodowe. Niewłaściwie serwisowana aparatura nie jest bezpieczna i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Poza tym otrzymanie wszystkich kodów nic nie daje osobom nieprzeszkolonym bezpośrednio u Wytwórcy i stanowi niepotrzebne przesłanki do serwisowania aparatury przez osoby nieupoważnione i niewyposażone przez fabrykę w narzędzia, programy serwisowe i bez dostępu do najnowszych informacji dot. danego sprzętu.

Wyjaśnienie: Zamawiający rezygnuje z zapisów §2 ust. 6 Wzoru umowy integralnej części SIWZ.

9. Dot. Załącznik „Wzór umowy” Paragraf 10 ust. 5. Uprzejmie proszę o skasowanie części drugiego zdania: „lub z chwilą zakończenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia w zależności od tego co nastąpi później”. Na części wytwórca daje nam 6 –o miesięczną gwarancję i biegnie ona od momentu wymiany tej części, stąd proszę o zrozumienie naszej prośby.

Wyjaśnienie: Treść §10 ust. 5 wzoru umowy integralnej części SIWZ jest wiążąca.

10. Dot. § 7 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,2% od wartości niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wskazanie podstawy do ustalenia wysokości kary umownej za zwłokę od wartości poszczególnych pakietów.

Wyjaśnienie: Treść §7 ust. 1 wzoru umowy integralnej części SIWZ jest wiążąca. Przypominamy, że przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Przedmiot zamówienia w zadaniu 1 to aparat ECMO – 1 szt., w zadaniu 2 – pompy do kontra pulsacji wewnątrzortalne – 3 szt. Nie są to dostawy sukcesywne. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć całość przedmiotu zamówienia zarówno w pierwszym jak i drugim zadaniu w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty podpisania, zawarcia umowy. Podstawą do ustalenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy jest zgodnie z zapisem §7 ust. 1 całkowita cena (brutto), o której mowa w §4 ust. 1 wzoru umowy integralnej części SIWZ.

11. Pytanie dot. § 2 ust. 8 Wzoru umowy wskazał, że: 8. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z umową z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy.

Spółka wskazuje, że zgodnie z aktualnym brzmieniem cytowanego postanowienia, Kupujący może w sposób dowolny ukształtować termin ponownej dostawy i sztucznie go

wydłużyć naliczając jednocześnie kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu dostawy. Postanowienie to nakłada na Sprzedającego zbyt duże ryzyko gospodarcze i wprowadza zbyt szerokie uprawnienia Kupującego, które w interesie obu stron oraz dla osiągnięcia równowagi kontraktowej należałoby ograniczyć. Wobec powyższego zwracamy się z następującym pytaniem:

a) czy Zamawiający zmieni treść § 2 ust. 8 Wzoru Umowy poprzez wykreślenie uprawnienia do żądania kar umownych w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy i nada przedmiotowemu postanowieniu następującą treść:

8. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z umową z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.;

W tym miejscu Spółka wskazuje, że nierównomierne rozłożenie ryzyka kontraktowego poprzez przyznanie Zamawiającemu uprawnień do dowolnego wyznaczania terminu ponownej dostawy stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami słuszności kontraktowej i nie ma prawnego, ani co istotne faktycznego uzasadnienia.

Wyjaśnienie: Treść §2 ust. 8 wzoru umowy integralnej części SIWZ jest wiążąca.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła I w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk

