



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15.04.2016 r.

AG.Z.2150.44.3.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego i wielorazowego użytku wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1 – Sterylne obłożenie do operacji sercowo-naczyniowych:

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na obłożenie o następujących parametrach:
Skład zestawu:

- a) 4 ręczniki wysoko chłonne 30x40cm
- b) 2 osłony na stolik Mayo 80x145cm
- c) 2 taśmy włókninowe, samoprzylepne 9x50cm
- d) 2 pokrowce na stopy 37,5x24cm, wyposażone w taśmy samoprzylepne
- e) 1 serweta operacyjna 150x180cm
- f) 1 serweta z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 20x100 cm, wyposażona w zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów, serweta posiada samoprzylepną, zintegrowaną osłonę do zabezpieczenia krocza typu pampers.
- g) 1 serweta główna do obłożenia klatki piersiowej w kształcie litery "T" o wymiarach 300/220x375cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 40x38cm, wypełniony folią operacyjną (po dwóch stronach otworu znajdują się taśmy samoprzylepne, które dodatkowo mocują serwetę główną do pacjenta). Serweta także posiada:
 - dwie 2-komorowe kieszenie na narzędzia (kieszenie dzielone asymetrycznie) umieszczone po obu stronach otworu (wymiary kieszeni 67 x 34 cm)
 - dwie 1-komorowe kieszenie w górnej części serwety (ekran anestetyczny)
 - pięć uchwytów do przewodów i drenów typu rzep o min wymiarach 2 x 10 cm
 - serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu), warstwa chłonna min. 75 x 190 cm, serweta wyposażona w piktogram określający kierunek rozkładania.

Dotyczy d i e: elementy wykonane w całości z mocnego, chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (polipropylen + polietylen) charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne - wytrzymałość na wypychanie na mokro min 265 kPa, oraz szybkością absorpcji (spływ cieczy) na poziomie min. 80% (badane według ISO 9073-11)

Dotyczy f i g: Serweta chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 112,5g/m², oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m², posiada dodatkowe wzmocnienia, w strefie krytycznej, w postaci warstwy chłonnej.



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERŚMIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne - wytrzymałość na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji 46% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety główniej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Opakowanie jednostkowe posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na zestawy sercowe-naczyniowe o powyższych parametrach.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
(-) *lek. med. Marek Lipiec*