



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 6.09.2016r

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.40.2. .2016

dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę kardiomonitora wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedzi :

1.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor,fabrycznie nowy,ale z wcześniejszym niż 2016 rokiem produkcji ?

Odpowiedz :

NIE.

1.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor,posiadający ciche i wydajne chłodzenie aktywne,zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia spełniające wszystkie wymogi medyczne ?

Odpowiedz :

NIE .

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec*



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524