



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 lipca 2016 r.

AG.ZP.3320.50.07741.16

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą analizatorów. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. wzoru umowy § 1 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy” ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany § 1 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny umowy w zakresie dostaw określonej w § 4 ust. 1. Ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy w zakresie dostaw nie przekroczy 20% ich ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy”.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy § 2 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 dot. wzoru umowy § 2 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERŚNIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 4 dot. wzoru umowy § 2 ust. 7:

Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w niniejszym postanowieniu umowy wykluczało zastosowanie kar umownych.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 dot. wzoru umowy § 3 ust. 6 pkt.1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie następującego brzmienia niniejszemu postanowieniu umowy: „wykonywania napraw urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego w ciągudni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Kupującego awarii. Czas reakcji serwisowej wynosi godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.”

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 dot. wzoru umowy § 5 ust. 1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 dot. wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. drugi i trzeci:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczenia kary umownej na sumę czynszu dzierżawnego ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy § 7:

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9 dot. wzoru umowy § 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10 dot. wzoru umowy § 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy ?

str. 2 z 3

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11 dot. wzoru umowy § 13:

Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014r. poz. 1182 ze zm.) Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, wykonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ? Dostęp do danych osobowych wynikających z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12 dot. zadania nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w instrukcji którego producent nie określa gwarancji dla elektrod bezobsługowych? Do oferty dołączone będzie oświadczenie oferenta z informacją na temat udzielonej gwarancji na poszczególne elektrody.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oświadczenia oferenta z informacją o udzielonej gwarancji na poszczególne elektrody.

Pytanie 13 dot. zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie z ofertą instrukcji obsługi analizatora wyłącznie w wersji elektronicznej na płycie CD z uwagi na jej dużą objętość ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza instrukcji obsługi analizatora w wersji elektronicznej na płycie CD.

Pytanie 14 dot. zadania nr 2:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający odstąpi od wymogu określenia ilości elektrod w zależności od okresu gwarancji podanego przez producenta (zestawienie parametrów granicznych analizatorów, p-kt 8) i zastąpi go zapisem: „Elektrody fabrycznie nowe z gwarancją, umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim całkowicie bezobsługowe. Należy podać rodzaj, ilość elektrod potrzebnych do wykonania ilości badań określonych w opisie dla poszczególnych oddziałów i laboratorium wymienionych powyżej gwarantujących ciągłość pracy analizatorów i zgodnie z wymogami GLP” ?

Gwarancja udzielona przez producenta nie oznacza czasu pracy elektrod, ale jest to wyłącznie czas bezpłatnej wymiany uszkodzonej elektrody na nową od momentu zainstalowania jej w aparacie. Czas pracy elektrody jest wielokrotnie dłuższy od czasu jej gwarancji. Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej UOKiK „Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie

str. 3 z 3

dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym...”. Ponadto zgodnie z zapisem w Rozdziale II „Dokumenty potwierdzające", pkt. 9 w przypadku zaoferowania niewystarczających ilości do wykonania określonej liczby badań oferent będzie musiał dostarczyć brakujące produkty na własny koszt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę treści punktu 8 zestawienia parametrów granicznych analizatorów. Obowiązująca po zmianie treść ma brzmienie: „Elektrody fabrycznie nowe z gwarancją, umieszczone w wielotestowym pakiecie lub poza nim, całkowicie bezobsługowe. Należy podać rodzaj i ilość elektrod potrzebnych do wykonania ilości badań określonych w opisie dla poszczególnych oddziałów i laboratorium wymienionych powyżej, gwarantujących ciągłość pracy analizatorów i zgodnie z wymogami GLP”.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek