



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 27.04.2022 r.

AT.Z.2150.10.2.2022

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę zestawów do angiografii promieniowo-udowej wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawkami z tłokiem z polipropylenu?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską plastikową 1000ml bez rantu w środku?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający rampy trójdrożne?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający zestaw do podawania płynów 150 cm?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez przyklepnej osłony na monitor?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści zestaw z osłoną foliową na monitor ściąganą gumką?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na aparaturę zakończoną gumką o średnicy 85cm (zamiast średnicy 91 cm)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr9

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na aparaturę zakończoną gumką 120 cm (zamiast średnicy 116 cm)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą do angiografii wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 40g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie 150 x 230 cm o gramaturze 106g/m², z dwoma otworami 12 x 15 cm oraz z dwoma otworami o średnicy 8,5 cm. Po obu stronach obłożenia przezroczyste osłony na pulpit sterowniczy, całkowity rozmiar serwety z osłonami 230x320 cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający plastikowe kleszczyki zamiast plastikowych klemów do łapania obłożeń?

Odpowiedź:

Nie

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Adam Fimiarz