



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 2 grudnia 2022 r.

DZP.3320.94.22

Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Pytanie 1 dot. zadania 1 :

„Czy Zamawiający dopuści klipsownicę w osłonce polietylenowej, o długości wyłącznie 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce chwytające z ramionami typu ząb szczura, długość robocza 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SZW”.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. zadania 4 pozycja 1:

„ Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowa jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15mm (pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm) lub 25 mm (pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,41mm); zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dot. zadania 4 pozycja 2:

„Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczna jednorazowego użytku do polipektomii kształt owalny; średnica pętli 25mm; pętla wykonana z cienkiego drutu o grubości 0,41mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia wyłącznie 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 4 pozycja 3:

„Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15mm lub 25mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,43mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazową klipsownicę endoskopową długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm. Klipsownica posiada port infuzyjny umożliwiający oczyszczenie pola przed założeniem klipsa. Lub jednorazową klipsownicę endoskopową długość robocza 230 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. rozwarcie 90 stopni, długość ramion 15 mm? (do wyboru przez Zamawiającego)”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce jednorazowego użytku, obydwie ramiona ruchome, typu szczęki aligatora z zębem szczura, długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm?”.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. zadania 4 pozycja 1:

„Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego); pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 dot. zadania 4 pozycja 2:

„Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku do zabiegów EMR, kształt symetryczny półksiężycowaty; średnica pętli 25mm; pętla wykonana z cienkiego drutu, zintegrowany uchwyt, długość narzędzia 220 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 dot. zadania 4 pozycja 3:

„Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20mm, pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,40mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8mm?”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści w miejsce pierwotnych parametrów klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu. Posiadające możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz zapewnia rotację klipsa. Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy

2.8 mm. O dostępnych długościach: robocza 155 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11mm lub długość robocza 235 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11mm i 17 mm”.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu