



AG.ZP 3320.51. .19

Zamość, dnia 17 października 2019r.



Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

#### Pytanie 1 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 60 cm (ze złożonym blatem) i 120 cm (z blatem rozłożonym), regulacją wysokości blatu 70-105 cm? Podane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych, a ich akceptacja podniosłaby konkurencyjność.

#### Wyjaśnienie:

Nie. Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie 2 dot. zadania 3

Czy Zamawiający zaakceptuje szafkę posiadającą więcej niż 4 kółka jezdne o średnicy 5 cm (2 z blokadą)? Takie rozwiązanie podnosi stabilność szafki i ułatwia jej przemieszczanie.

#### Wyjaśnienie:

Tak Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie 3 dot. zadania 3

Czy Zamawiający zaakceptuje szary kolor ramy szafki bez możliwości jego zmiany, przy zachowaniu możliwości wyboru kolorystyki elementów z HPL?

#### Wyjaśnienie:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 4 dot. zadania nr 2 pkt. 2

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka, szczyt łóżka od strony głowy i nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem na czas transportu?



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu

**Wyjaśnienie:**

Tak, dopuszcza.

**Pytanie 5 dot. zadania nr 2 pkt. 6**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści leże łożka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym?

**Wyjaśnienie:**

Tak, dopuszcza.

**Pytanie 6 dot. zadania 2 pkt. 9**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne przy pomocy:

- zintegrowanych sterowników po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta
- zintegrowanych sterowników po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu
- sterowników nożnych umożliwiających regulację wysokości z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem
- panelu centralnego sterowania funkcjami łożka znajdującym się na szczycie nóg łożka
- panelu sterowania służącego do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta w barierce bocznej z wyświetlaczem (jak na zdjęciu poniżej )

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7 dot. zadania 2 pkt. 9**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne przy pomocy:

- zintegrowanych sterowników po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta
- zintegrowanych systemów po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu
- sterowników nożnych umożliwiających regulację wysokości z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem
- panelu centralnego sterowania funkcjami łożka znajdującym się na szczycie nóg łożka
- panelu sterowania w szczycie od strony nóg w formie dotykowego wyświetlacza LCD do obsługi m.in. wagi (jak na zdjęciu poniżej)?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 8 dot. zadania 2 pkt. 12**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łożko nie wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9 dot. zadania 2 pkt. 13**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści długość zewnętrzną łożka 2200 mm?

**Wyjaśnienie:**

Tak, dopuszcza.

**Pytanie 10 dot. zadania 2 pkt. 13**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści długość zewnętrzną łóżka 2220 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 11 dot. zadania 2 pkt. 15**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną łóżka 1010 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 12 dot. zadania 2 pkt. 25**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści możliwość ustawienia leża w pozycji mobilizacyjnej (wypoziomowanie segmentu nóg, podniesienie segmentu pleców do kąta min. 45 i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenia łóżka) – sterowanie przy pomocy przycisków służących do regulacji łóżka dostępnych w sterowaniu w barierkach bocznych oraz na centralnym panelu sterowania umieszczonym w szczycie łóżka od strony nóg pacjenta?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 13 dot. zadania 2 pkt. 30**

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy (nie zintegrowany z leżem łóżka) wyposażony w czujniki pozwalające na automatyczne, optymalne rozproszanie ciśnienia wewnątrz materaca zapewniając stały poziom komfortu pacjenta niezależnie od pozycji ułożenia i kształtu ciała?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 14 dot. zadania 2 pkt. 32**

Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy (nie zintegrowany z leżem łóżka) z zewnętrzną pompą posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15 dot. zadania 2 pkt. 33**

Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści materac posiadający jeden zawór CPR, funkcja CPR materaca uruchamiana poprzez użycie zaworu w górnej części materaca?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16 dot. zadania 2 pkt. 34**

Czy (w pkt. 34) Zamawiający dopuści materac wyposażony w 20 niezależnych, wymiennych komór, ułożonych poprzecznie, 4 pierwsze komory w części głowy utrzymujące stałe ciśnienie w celu zapewnienia komfortu pacjenta, materac posiadający 8 poziomów twardości, każda komora podzielona na 2 części: sekcja dolna o grubości 7 cm i stałym ciśnieniu pozwalająca na zminimalizowanie ryzyka steczności pacjenta z łóżkiem?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17 dot. zadania 2 pkt. 35**

Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści materac, w którym czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia wynosi max 30 minut?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 18 dot. zadania 2 pkt. 36**

Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści materac wyposażony w mikrootwory redukujące nadmiar powietrza podczas wtlaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia (funkcja gwarantuje utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn)?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 19 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym funkcje materaca sterowane są za pomocą panelu dotykowego znajdującego się na zewnętrznej pompie posiadającej możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta ?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20 dot. zadania 2 pkt. 37**

Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, które standardowo jest wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez konieczności stosowania „obustronnych wypełniaczy barierek”?

**Wyjaśnienie:**

Tak, dopuszcza

**Pytanie 21 dot. opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła do dnia 31.12.2019r. Według projektu umowy data realizacji 10.12.2019r

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający określa termin realizacji do dnia 31.12.2019r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie treść § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji dostawy określa się następująco: **do 31 grudnia 2019r.** O planowanym terminie dostawy Sprzedający zawiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail i faxu nie później niż 48 godzin przed tym terminem”.

**Pytanie 22 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami składającymi się z pionowych rur mocowanych na stałe (oparcie dla barierek bocznych) oraz wynajmowanej górnej części szczytu wraz z jego wypełnieniem?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 23 dot. zadania 1**

Prosimy o wskazanie czy Zapisy pkt. 21 tabeli z parametrami technicznymi „wentylacja NCPAP z systemem automatycznej kompensacji przecieku” nie znalazł się w tabeli przez omyłkę?

**Wyjaśnienie:**

Tak zapis pkt. 21 „wentylacja NCPAP z systemem automatycznej kompensacji przecieku” został omyłkowo wpisany do tabeli.

**Pytanie 24 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 4 koła oraz dodatkowe (piąte koło) koło pod odejmowanym blatem bocznym, co zwiększa stabilność szafki oraz jej funkcjonalność?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25 dot. zadania 2**

Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym szczyt od strony nóg nie posiada możliwości blokowania przed wypadnięciem na czas transportu??

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 26 dot. zadania 2**

Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z barierkami bocznymi o wysokościach 430 mm (w segmencie oparcia pleców) oraz 375 mm (w części środkowej łożka)?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 27 dot. zadania 2**

Punkt 9 tabeli: punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym panel sterowania w barierce bocznej nie posiada kolorowego wyświetlacza LCD i nie ma przycisków służących do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 28 dot. zadania 2**

Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, nie wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29 dot. zadania 2**

Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z długością zewnętrzną 2280 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30 dot. zadania 2**

Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie 485 – 885 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 31 dot. zadania 2**

Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z podświetlaczem

nocnym jednokolorowym, działającym niezależnie od wysokości leża?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 32 dot. zadania 2**

Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka z elektryczną pozycją mobilizacyjną gdzie sterowanie odbywa się za pomocą kilku przycisków a nie jednego?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 33 dot. Materacy Warian 1**

Punkt 30 tabeli: Prosimy o odstąpienie od wymogu materaca zintegrowanego i dopuszczenie materaca powietrznego wymiernego, statycznego, wykonanego z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składającego się z 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm podzielonych na 3 sekcje, z podkładem piankowym o wysokości 6 cm, w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach. Prosimy o dopuszczenie regulacji ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta za pomocą pokrętła, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-250 kg co 25 kg.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 34 dot. Materacy Warian 1**

Punkt 32 tabeli: Prosimy o odstąpienie od wymogu pompy umieszczonej pod leżem lub pompy wbudowanej w materac i dopuszczenie pompy zawieszanej na szczycie łożka.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 35 dot. Materacy Warian 1**

Punkt 33 tabeli: Prosimy o dopuszczenie wyraźnie oznaczonego zaworu CPR umieszczonego na przewodach powietrznych materaca.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 36 dot. Materacy Warian 1**

Punkt 34 tabeli: Prosimy o dopuszczenie materaca powietrznego statycznego podzielonego na 3 sekcje, w tym obniżoną sekcję pięć zapewniającą dodatkową redukcję ucisku na tym obszarze. Prosimy o odstąpienie od wymogu indywidualnej zmiany ciśnienia w każdej sekcji.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 37 dot. Materacy Warian 1**

Punkt 36 tabeli: Prosimy o dopuszczenie funkcji zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu, w tym odprowadzania nadmiaru ciepła spod pacjenta, która realizowana jest przez zewnętrzny pokrowiec higieniczny o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m<sup>2</sup>/24H.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 38 dot. Materacy Wariant 1**

Punkt bez numeracji (między 36 a 37) w tabeli: prosimy o odstąpienie od wymogu materaca zintegrowanego i dopuszczenie materaca powietrznego wymiennego z zewnętrzną pompą, w którym sterowanie odbywa się za pomocą panelu pompy, który wyposażony jest w przyciski membranowe i indykatory diodowe oraz pokrętło do regulacji ciśnienia, bez wyświetlaczy LCD, które narażone są na uszkodzenia i zarysowania.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 39 dot. Materacy Wariant 2**

Punkt 30 tabeli: Prosimy o odstąpienie od wymogu materaca zintegrowanego i dopuszczenie materaca wymiennego powietrznego, dynamicznego, trzysekcyjnego, składającego się z 20 komór powietrznych o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm w komplecie z pompą, która automatycznie dostosowuje ciśnienie w komorach do wagi oraz pozycji pacjenta. Każda zmiana pozycji powoduje dostosowanie ciśnienia w komorach.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 40 dot. Materacy Wariant 2**

Punkt 32 tabeli: Prosimy o odstąpienie od wymogu pompy umieszczonej pod leżem lub pompy wbudowanej w materac i dopuszczenie pompy zawieszanej na szczycie łóżka – wyposażonej w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 41 dot. Materacy Wariant 2**

Punkt 33 tabeli: Prosimy o dopuszczenie wyraźnie oznaczonego zaworu CPR zintegrowanego ze złączem przewodu powietrznego.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 42 dot. Materacy Wariant 2**

Punkt 34 tabeli: Prosimy o dopuszczenie materaca powietrznego statycznego podzielonego na 3 sekcje, w tym obniżoną sekcją pięt zapewniającą dodatkową redukcję ucisku na tym obszarze. Prosimy o odstąpienie od wymogu indywidualnej zmiany ciśnienia w każdej sekcji (mając na uwadze fakt, że Zamawiający wymaga zaoferowanie pompy, która automatycznie dostosowuje ciśnienie w komorach do wagi oraz pozycji pacjenta).

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 43 dot. Materacy Wariant 2**

Punkt 35 tabeli: Prosimy o dopuszczenie trybu u maksymalnego napompowania z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po maksymalnie 20 minutach.

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 44 dot. Materacy Warian 2**

Punkt 36 tabeli: Prosimy o dopuszczenie funkcji zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w tym odprowadzania nadmiaru ciepła spod pacjenta, która realizowana jest przez zewnętrzny pokrowiec higieniczny przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m<sup>2</sup>/24H.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 45 dot. Materacy Warian 2**

Punkt bez numeracji (między 36 a 37) w tabeli: Prosimy o odstąpienie od wymogu materaca zintegrowanego i dopuszczenie materaca powietrznego wymiennego z zewnętrzną pompą, w którym sterowanie odbywa się za pomocą panelu pompy który wyposażony jest: w przyciski i diody, bez wyświetlaczy LCD, które narażone są na uszkodzenia i zarysowania.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 46 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 3 opisu dopuści łóżko gdzie wymiary zewnętrzne łóżka:

- długość całkowita: 2150 mm
- szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 970 mm (leże 850x 2000 mm)

Wymiary te różnią się w minimalnym stopniu w stosunku do wymogów Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 6 opisu dopuści łóżko gdzie szczyty łóżka lakierowane proszkowo odejmowane, wypełnione wysokiej jakości odejmowaną płytą HPL o grubości 6 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wyposażone w półkę na pościel na prowadnicy rolkowej lub teleskopowej chowaną pod leżem.?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 48 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 6 opisu dopuści łóżko gdzie szczyty łóżka wykonane są z tworzywa ABS, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wyposażone w półkę na pościel na prowadnicy rolkowej lub teleskopowej chowaną pod leżem.?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 49 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 16 opisu dopuści łóżko gdzie barierki boczne ciągłe (na całej długości łoża), składane, mocowane do słupka szczytu i opuszczone w dół, poniżej materaca, poprzeczki barierki wykonane z aluminium.?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 50 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 16 opisu dopuści łóżko gdzie barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leżą, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodnie z normą EN 60601-2-52? Bariery łóżka zabezpieczają pacjenta na długości 3/4 łóżka. Pozostała część jest zabezpieczona za pomocą odejmowalnych protektorów

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 51 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 16 opisu dopuści łóżko gdzie barierki boczne są bez zabezpieczającej je listwy ochronnej? Łóżko jest wystarczająco zabezpieczone za pomocą krążków odbojowych.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 52 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający w punkcie 21 opisu może wyjaśnić czego dotyczy zapis: Wentylacja NCPAP z systemem automatycznej kompensacji przecieku.

**Wyjaśnienie:**

Zapis „Wentylacja NCPAP z systemem automatycznej kompensacji przecieku.” został wprowadzony omyłkowo i nie obowiązuje w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia. Ulega on wykreśleniu.

**Pytanie 53 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający w punkcie 2 opisu dopuści szafkę gdzie blat szafki wykonany jest z tworzywa ABS, czoła szuflad wykonane z metalu, malowane proszkowo.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 54 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający w punkcie 2 opisu dopuści szafkę gdzie blat boczny szafki wykonany jest z tworzywa ABS?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 55 dot. zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka chromowane odejmowane, wypełnione wysokiej jakości odejmowana płytą HPL o grubości 6 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 56 dot. zadania 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel chowaną pod leżem od strony nóg i w związku z tym bez możliwości ułożenia wypełnienia szczytu do poziomu i użycia jako półki na pościel?

**Wyjaśnienie:**

Tak Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57 dot. zadania1**

Czy Zamawiający dopuści lamele metalowe w leżu, odejmowalne łatwe w utrzymaniu w dezynfekcji odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 58 dot. zadania1**

Czy Zamawiający dopuści składane barierki boczne metalowe chroniące pacjenta na całej długości, składające się z 2 elementów – barierka dłuższa składana na długości 3/4 łóżka oraz krótsza część (drugi element) – protektor odejmowany ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 59 dot. zadania1**

Czy Zamawiający wyjaśni czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie wyposażenia: „uchwyt ręki z 2 haczykami na płyny infuzyjne”?

**Wyjaśnienie:**

Doszło do omyłki pisarskiej. Obowiązujący zapis to „uchwyt z dwoma haczykami na płyny infuzyjne”.

**Pytanie60 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego w szafce w zakresie 770 mm – 1020 mm?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

*Mgr Andrzej Szewczuk  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*