

Informacja o parametrach ocenianych w ramach kryterium oceny: jakość 20%**Parametry oceniane :**

Lp.	Parametry oceniane	Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) TAK / NIE	Punktacja
1.	Odczynniki gotowe do wstawienia do analizatorów i gotowe do pracy bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.
2.	Odczynnik do D – dimerów posiadający certyfikat FDA poświadczający wiarygodność użycia testu do wykluczenia ŻchZZ (zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego).		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.
3.	Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia (minimum 300 sek dla PT i APTT)		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.
4.	Trwałość odczynników kontrolnych do najczęściej wykonywanych analiz (PT,APTT,Fibrynogen D-dimery) minimum 24 h na pokładzie aparatu.		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.
5.	Odczynnik do APTT oparty na syntetycznych fosfolipidach jako aktywatorach		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.
6.	Odczynnik do fibrynogenu odporny na interferencje ze strony leku dabigatran.		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.
7.	Modem serwisowy		TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt.