

Zamość 27.07.2020.

AG.Z.2150.49.1.2020

Dotyczy: **Odpowiedzi na pytania**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO nr AG.Z.2150.49.1.2020 **na dostawę sprzętu endoskopowego** następującej treści:

Pytanie nr 1 do zadania nr 1

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm oraz średnica szczęk 1,8 mm , długość 100 cm do kanału 2,0 mm i średnica szczęk 2,2 mm długość 100 cm do kanału 2,8 mm ?”

Odpowiedź do pytania nr 1 : TAK

Pytanie nr 2 do zadania nr 2

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, wykonanych z plecionego, usztywnionego drutu , średnica otwartej pętli – 10,15,20,25,33 mm, średnica osłonki - 2,4 mm , długość robocza 240 cm, dostępne kształty – owal, pakowanych po 10 sztuk?”

Odpowiedź do pytania nr 2: TAK

Pytanie nr 3 do zadania nr 3

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy hemostatycznej jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa, długość robocza 235 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa – 11 mm i 17 mm do wyboru ?”



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
OPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Odpowiedź do pytania nr 3 : TAK

Pytanie nr 4 do zadania nr 2:

„Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii, z drutu plecionego, owalna, średnica 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź do pytania nr 4: TAK

Pytanie nr 5 do zadania nr 2:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii z drutu plecionego, owalnej o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź do pytania nr 5: NIE

Pytanie nr 6 do zadania nr 3:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku o średnicach rozwarcia 11 mm, 13 mm i 16 mm o długości 230 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź do pytania nr 6: TAK

Pytanie nr 7 do zadania nr 2

„Czy zamawiający w pozycji a dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm, długość robocza 2 400 mm.”

Odpowiedź do pytania nr 7: TAK

Pytanie nr 8 do zadania nr 2

„Czy Zamawiający w pozycji b dopuści zaoferowanie pętli o długości roboczej 2 400 mm.”

Odpowiedź do pytania nr 8: TAK

Pytania dotyczące warunków umowy

Pytanie nr 9 dotyczy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pośrednictwem faxu asortyment i ilość zamawianego przedmiotu umowy. Termin dostawy wynosi 5 roboczych dni od otrzymania zlecenia”?

Odpowiedź do pytania nr 9: Zgodnie z SIWZ- patrz § 2 ust. 2

Pytanie nr 10 dotyczy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy, bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczenia zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji o której mowa, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający”?

Odpowiedź do pytania nr 10 : NIE

Pytanie nr 11 dotyczy § 2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Sprzedający zobowiązuje się do uwzględnienia na swój koszt reklamacji jakościowych bądź ilościowych dotyczących dostawy przedmiotu umowy maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź do pytania nr 11 : NIE

Pytanie nr 12 dotyczy § 2 ust. 10

„Trzykrotna uzasadniona reklamacja przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy”?

Odpowiedź do pytania nr 12 : NIE

Pytanie nr 13 dotyczy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wymienione powyżej lub w załączniku do niniejszej umowy ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”?

Odpowiedź do pytania nr 13: TAK

Pytanie nr 14 dotyczy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź do pytania nr 14: NIE

Pytanie nr 15 dotyczy § 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do projektu umowy: „..., zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?”

Odpowiedź do pytania nr 16: NIE

Pytanie nr 16 dotyczy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „..., w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy ponad termin określony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki”?

Odpowiedź do pytania nr 16: NIE

Pytanie nr 17 dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„..., w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy lub przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 3% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Odpowiedź do pytania nr 17: NIE

Pytanie nr 18 dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową”?

Odpowiedź do pytania nr 18: TAK

Pytanie nr 19 do zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypcy biopsyjnej jednorazowego użytku z łyżeczkami do biopsji stycznej o powiększonej objętości, owalne lub szczęki aligatora, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach o długość narzędzia 2300 mm do kanału roboczego 2,8 mm, pakowane oddzielnie po 20 sztuk w opakowaniu?”

Odpowiedź do pytania nr 19: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20 do zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazową klipsownicę o długości roboczej 2300 mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności o długości ramienia klipsa 10 mm i szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, narzędzie umożliwiające rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem ? “

Odpowiedź do pytania nr 20 : TAK

Pytanie nr 21 do zadania nr 3

„Dot. pkt. 4 'Wkład jednorazowy do ssaka MEDELA, pojemność 2,5l" - zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zwiększenie zamówienia do 810 szt. ze względu na konfekcjonowanie wkładów w opakowaniach po 30 szt.?”

Odpowiedź do do pytania nr 21: TAK

Pytanie nr 22 dotyczy zapisów umowy :

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin dostawy liczony był w dniach roboczych?”

Odpowiedź do pytania nr 22: TAK

Pytanie nr 23 dotyczy zapisów SIWZ:

„Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty elektronicznie?

W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.”

Odpowiedź do pytania nr 23: NIE

Pytanie nr 24 dotyczy zapisów SIWZ i umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 przedmiotu zamówienia niemedycznego, stawka VAT 23% i zrezygnuje tym samym z dokumentów typu Certyfikat CE, deklaracja zgodności, dokumenty powiadomienia Urzędu?”

Odpowiedź do pytania nr 24 :zgodnie z SIWZ

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

mgr Małgorzata Popławska