



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 12 maja 2021 r.

DZP 3320.22.21

Dotyczy: zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 62 poz. 2. Obowiązujący opis ma brzmienie:

Zadanie 62 poz. 2 „Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednorazowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100 cm, w rozmiarach: nr 32, nr 34”.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu