

Zamość, dnia 3 lipca 2020 r.



AG.ZP.3320.50. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu do elektrofizjologii**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 3:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o dł. 110 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o dł. 110 cm, średnicy 6F o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod cewników diagnostycznych czteropolowych o stałej krzywiznie 5 i 6 Fr, o długości 120 cm

– spacing - pięć typów w tym 10-10-10

– 6 krzywizn

– 1 kabel na 10 elektrod

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 10 polowych o długości 120cm, bez wypukłych oliwek. Pierścienie platynowo-irydowe. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 10 polowych sterowalnych o długości 110 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 6:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu zestawu do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach:

KOSZULKA

- Koszulka 8, 8.5F i 10F, długość 62 cm oraz 80 cm
- Prowadnik 0,032”, 180cm

Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/A/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:

84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024


PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru 4 krzywizny koszulki, w tym odpowiadająca SR0

IGŁA

- dostępne 2 różne krzywizny: BRK, BRK1
- dostępne 3 różne długości
- igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI
 - dostępna igła ekstra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody

Zdjęcia produktu poniżej:



Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9:


Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu koszulki transseptalnej dwukierunkowej symetrycznej o parametrach opisanych poniżej:

INTRODUCER STEROWALNY:

- introducer sterowalny dwukierunkowy z zastawką od amerykańskiego producenta. Jako jedyny produkt tego typu na rynku koszulka dostępna jest w rozmiarach 8,5F przy 3 krzywiznach do wyboru: 17mm, 22mm oraz 50mm
- dylatator
- Zwiększona widoczność końcówki w promieniach rentgenowskich umożliwiająca dokładne pozycjonowanie końcówki
- Koszulka z powłoką hydrofobową, umożliwiającą łatwe wprowadzanie
- Technologia Flexsteer™ - koszulka zbrojona, co zapewnia wyjątkową kontrolę i opór podczas manewrowania, przy zachowaniu optymalnej elastyczności
- Ergonomiczny uchwyt z wyraźnym nadrukiem o rozmiarze, długości koszulki oraz wybranej krzywiznie
- Efektywna praca z przewodnikami w rozmiarach 0.014 – 0,038”
- Rozmiary koszulki: 71cm

Możliwość wyboru introducera z mechanizmem obrotowym lub pokrętelem – zdjęcie

produktu poniżej:



Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy w zakresie Zadania nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod z oliwkami płaskimi?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy w zakresie Zadania nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników dla których spacing wynosi 2-5-2 mm bądź 2-6-2mm?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk