



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.71.21

Zamość, dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu do embolizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Radiologii**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 2 poz. 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 2 w poz.1 mikrosfer przeznaczonych do chemoembolizacji:

- zbudowanych z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego,
- kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 μm w stanie suchym,
- rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200-400, 400-600, 600-800 μm .,
- dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa,
- dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym, pozostałe parametry bez zmian?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 2 w poz.2 mikrosfer przeznaczonych do embolizacji:

- zbudowanych z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową,
- w dostępnych rozmiarach (μm): 50 - 100; 40 - 120; 100 - 300; 300 - 500; 500 - 700; 700 - 900; 900 - 1200,
- pozostałe parametry bez zmian? ”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. zadania 5:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w zadaniu nr 5 wkładów w 100% kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Spectris Solaris EP MR:

- jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do zastosowania ze wstrzykiwaczem kontrastu Spectris Solaris EP MR składający się z:
 - wkładu o pojemności 65 ml
 - wkładu o pojemności 115 ml
 - ~~- jednego ostrza typu spike dużego, przeznaczonego do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną~~
 - ~~- jednego ostrza typu spike małego, przeznaczonego do fiolki z kontrastem~~
 - dwóch ostrzy typu spike tej samej wielkości (jedno przeznaczone do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną, drugie przeznaczone do fiolki z kontrastem)
 - łącznika niskociśnieniowego o długości 245 cm \pm 5 cm z trójnikiem T „Y” i jedną zastawką antyzwrotną.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. zadania 6:

„W związku z tym że asortyment w poz. 2 pakowany jest po 15 szt. w opakowaniu producenckim, prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie zapotrzebowania w tej pozycji do ilości pełnych opakowań tj.:

Poz. 2. Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2 x kontrast i 1 x sól fizjologiczna) przeznaczony do stosowania przez 24 godziny – 525 szt.”

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania dotyczące przedstawionych w SWZ ilości. Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 wzoru umowy nr 1 zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).

Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 2:

„Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych?

Wyroby będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 4, dystrybuowane są w opakowaniach zbiorczych odpowiednio po 20 sztuk (dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego) oraz 50 sztuk (jednorazowy sterylny dren pacjencki, tzw. linia pacjenta). Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja tych opakowań (konfekcjonowanie).

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do § 2 ust. 2 wzoru umowy: „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 2 ust. 2 wzoru umowy nr 1, poprzez dodanie zdania drugiego o brzmieniu: „Zamówienia będą składane na ilości odpowiadające krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu