



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20 października 2017 r.

AG.ZP.3320.66. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu średniej klasy dla poradni kardiologii dziecięcej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta który posiada kolorowy monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro o przekątnej 17", wysokiej rozdzielczości 1600 x 1200, bez przeplotu, regulowany lewo-prawo, góra-dół, gdzie obraz diagnostyczny zajmuje znacznie ponad 50% pola monitora?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta który posiada kubeczki na sondy z jednej strony pulpitu natomiast z obydwu stron posiada wieszaki na kable?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Pkt. 13 Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, nie mniej niż 1-18 MHz

Czy Zamawiający dopuści aparat echokardiograficzny o zakresie pracy 1-12 MHz? Zamawiający wymaga sond sektorowych, których górny zakres częstotliwości to 8 MHz, więc postawiony wymóg nie jest konieczny.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Pkt. 43 Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach min. 1-20 mm

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat o zakresie regulacji bramki dopplerowskiej w granicach min. 1 - 16 mm?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Pkt. 45 Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego min 18 m/s przy zerowym kącie korekcji

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat o zakresie pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego 12,9 m/s przy zerowym kącie korekcji?

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRZASZCZANIA
KARMENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie:

Rozdział IV – Termin realizacji zamówienia

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy aparatu do dnia 7 grudnia 2017 r. Standardowy czas w którym Wykonawca może zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia i tym samym wywiązać się z wymogów umowy to min. 4 tygodnie. W przypadku jeśli postępowanie przetargowe, którego termin składania ofert przypada na 24 października, nie rozstrzygnie się np. do końca października Wykonawca może mieć problem z terminowym wywiązaniem się z dostawą.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku nr 5 w pkt. 4 pozostawił wolne miejsce do uzupełnienia. Prosimy o wyjaśnienie jaką informację ma przekazać Wykonawca uzupełniając dokument w tym miejscu?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga potwierdzenia ostatniego przeglądu w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice sektorową pediatryczną o zakresie częstotliwości emitowanych 2.2 – 6.2 MHz? Pragniemy zauważyć, że oferowany zakres nie odbiega znaczenie od wymaganego i jest dostosowany do obrazowania dla oferowanego aparatu w celu uzyskania jak najlepszej jakości diagnostycznej otrzymanego obrazu.

Wyjaśnienie: Tak, z zachowaniem pozostałych wymagań.

Pytanie:

Czy Zamawiający w celu poprawy jakości oferowanego aparatu i diagnostyki w badaniach kardiologicznych dzieci będzie wymagał zaoferowania lub wprowadzi dodatkową punktację za zaoferowanie opcji bardzo czułego dopplera – „Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów poniżej 1,0 cm/sek”?

TAK – 20 pkt

NIE – 0 pkt

Wnosimy o wprowadzenie powyższego wymogu.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w celu wyrównania szans w ocenie jakościowej dla oferowanego aparatu wprowadzi dodatkową punktację za zaoferowanie największej wartości zoom:

≥ 15x - 10 pkt,

13x – 14x - 5 pkt

8x – 12x - 0 pkt

Wnosimy o wprowadzenie powyższego wymogu.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający w celu wyrównania szans w ocenie jakościowej dla oferowanego aparatu wprowadzi dodatkową punktację za zaoferowanie największej wartości dla głębokości skanowania:

≥ 40 cm -15 pkt,

35 - 39 cm -10 pkt

30 – 34 cm - 0 pkt

Wnosimy o wprowadzenie powyższego wymogu.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu w Formularzu ofertowym wyszczególnił dwie pozycje:

1. Echokardiograf średniej klasy (...)
2. Zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu

wymagając wskazania cen netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i wskazanie jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla pozycji nr 2 wskazanej w ww. dokumencie?

Biorąc pod uwagę niejednorodność zarówno orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej jak i Sądów Okręgowych w zakresie zastosowanych stawek podatku VAT dla dostaw lub usług w szczególności tzw. „usług pomocniczych” dla świadczenia głównego (w tym przypadku dostawy echokardiografu), chcielibyśmy zwrócić uwagę, że brak określenia stawki podatku VAT przez Zamawiającego lub utrzymanie zapisów w Formularzu ofertowym w których trzeba wskazywać kwotę netto, stawkę podatku VAT i kwotę brutto, poza problemami przy formułowaniu treści oferty może spowodować również problemy na etapie ich oceny.

W przypadku gdy wskazane w Formularzu ofertowym czynności: instalacji, serwisowania, czy szkolenia personelu będą podane jako łączna wartość wraz z urządzeniem to zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT.

Natomiast w sytuacji gdy należy je wyszczególnić w Formularzu ofertowym (niejako traktować jako oddzielne usługi) powinny być obłożone stawką podatku VAT zgodną z przepisami prawa podatkowego czyli 23%.

W niniejszym przypadku jedynym rozwiązaniem które przesądziłoby o zastosowaniu VAT-u w ofertach i ujednoczeniu złożonych ofert jest okoliczność w której stawki podatku VAT narzuciłby Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia, co potwierdzają rozstrzygnięcia zawarte w Uchwałach Sądu Najwyższego z 20.10.2011 sygn. akt. III CZP 52/11 i III CZP 53/11.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie stawki podatku dla pozycji 2 lub zmianę Formularza ofertowego i zobowiązanie Wykonawców do podania tylko wartości brutto.

Wyjaśnienie: Rozbicie, w formularzu "oferta wykonawcy", przedmiotu zamówienia na dwie pozycje cenowe jest podyktowane zapisami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Ministerstwem Zdrowia.

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści zał. nr 1 – formularz "oferta wykonawcy" poprzez wskazanie stawki podatku VAT dla poszczególnych pozycji.

Wskazana przez Zamawiającego stawka podatku VAT dla pozycji „Echokardiograf średniej klasy dla poradni kardiologii dziecięcej” to 8%.

Wskazana przez Zamawiającego stawka podatku VAT dla pozycji „Zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu” to 23%.

Pytanie dot. wzoru umowy Par. 6 ust. 6 pkt 2):

Z uwagi na fakt, że w dniu składania oferty Wykonawca nie może przewidzieć wysokości odszkodowania, którego będzie domagał się Zamawiający z tytułu utraconych korzyści na skutek wystąpienia wady, prosimy o usunięcie tego zapisu lub podanie przybliżonych

kosztów jakie Wykonawca powinien uwzględnić w celu poprawnego skalkulowania oferty.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy Par. 6 ust. 13:

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być też zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i bezpieczeństwa pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc. W związku z powyższym, wnioskujemy o wykreślenie punktu.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy Par. 7 ust. 5 i 6:

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wynosi ona ok. 0,1 - 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy przypadek naruszenia o których mowa w par. 9 i 10 umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. paragraf 6 punkt 10 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu na:

Sprzedający wymieni na nowy, taki element/ podzespół, który był poddany 3 istotnym naprawom gwarancyjnym. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – minimum 12 miesięcy.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy aparatu do 15.12.2017 r. Alternatywnie prosimy o wyrażenie zgody na wstawienie aparatu zastępczego na czas przedłużającej się dostawy jednocześnie rezygnując z naliczania kar umownych i rozwiązania umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek