



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 26 kwietnia 2021 r.

AT.Z.2150.29.6.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia na dostawę odczynników do Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Zadanie IV Test do oznaczania *Clostridium difficile* (antygen + toksyna).

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną zestaw zawierał ciekłą kontrolę dodatnią oraz ujemną?”

Odpowiedź na pytanie:

Tak, Zamawiający wymaga kontroli dodatniej.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał skalowane pipetki do poboru ciekłego kału?”

Odpowiedź na pytanie:

Tak

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu