



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 05 sierpnia 2020 r.

AG.ZP.3320.38.07404.20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1 dot. zadania 17**

Czy w zadaniu nr 17 Zamawiający będzie wymagał, aby zestaw posiadał ergonomiczną i stabilną podstawę tj. był zestawem nie wymagającym rozkładania, wysuwania dodatkowych elementów stabilizujących podstawę?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie 2 dot. zadania 17**

Czy w zadaniu nr 17 Zamawiający będzie wymagał, aby zestaw był o wysokości maksymalnie do 25 cm, co umożliwi wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta?

#### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie 3 dot. zadania 31**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 dopuści dren do klatki piersiowej 36 o długości 45 cm, nieścięty pod skosem, ale zakończony stożkiem gładko połączonym z drenem i płaskim uchwytem do peana, z konektorem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, dostępny w rozmiarach 32 i 36 CH; spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.



URS is a member of Registrar of Standards (Holding) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWAŻCZENIA  
KARMIEŃCIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie SIWZ – AG.ZP 3320.38.20

**Pytanie 4 dot. zadania 42**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 42 dopuści (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera 12 F/ 30 cm o poniższym opisie: sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przezskórnego dostępu do jamy opłucnej metodą Seldingera, zestaw składający się z: dren (cewnik) do opłucnej 12F/30 cm o atraumatycznej końcówce, ze znacznikiem RTG. na całej długości, z dwoma otworami bocznymi i końcowym, z wewnętrznym usztywnieniem, skalowany co 2 cm, z zastawką hemostatyczną; igła wprowadzająca 16G/80 mm, skalowana co 2 cm; strzykawka 10 ml; skalpel; prowadnica stalowa 50 cm z zakończeniem typu „J” z aplikatorem; kranik trójdrożny; łącznik Luer Lock męski / stożkowy; zestaw podwójnie pakowany tzn. na sztywnej tacy (w opakowaniu blister) i dodatkowo zapakowany w folię/papier; data ważności i nr serii na opakowaniu indywidualnym?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5 dot. zadania 52**

Czy Zamawiający w zadaniu 52 mógłby doprecyzować, czy oczekuje, aby filtr odpowietrzający był filtrem hydrofobowym uszczelniającym się przy kontakcie z krwią oraz był nakładany na zakończenie strzykawki typu Pro, umożliwiając bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dot. zadania 18**

Czy Zamawiający miał na myśli i wymaga w zadaniu nr 18 klipsa posiadającego na całej jego wewnętrznej powierzchni romboidalną strukturę w kształcie ściętej piramidy, gwarantującą atraumatyczne osadzenie klipsa na naczyniu, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7 dot. zadania 18**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 18 następujących kolorów magazynków: rozmiar XS – kolor biały, rozmiar S – kolor żółty oraz rozmiar M – kolor niebieski, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza ww. kolorystykę.

**Pytanie 8 dot. zadania 43**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu nr 43 zestawu do drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przeskrórną metodą Seldingera składający się z: 2 igieł wprowadzających 18G 7 i 12 cm, prowadnika 0,038 inch (0,97 mm) o długości 70 cm i zakończeniu „J”, rozszerzadła,

radiocieniującego cewnika typu pigtail 8.3 Fr o długości 40 cm posiadającego 6 otworów, stożkowego adaptera umożliwiającego podłączenie do drenu lub worka ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9 dot. zadania 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora wyposażonego w wymiennik ciepła zbudowany z tereftalanu polietylenu (PET)? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 10 dot. zadania 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarach 32/40 i 36/46 Fr.? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 11 dot. zadania 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z powłoką biokompatybilną w rozmiarach od 15 do 21 Fr o długości 43,2 cm, z osobno dostarczanym zestawem do wprowadzania kaniul? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 12 dot. zadania 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje schemat drenów o numerze AB1426?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 13 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z załączonym schematem AB1094? Z możliwością dalszej konfiguracji drenów w zależności od potrzeb użytkownika.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 14 dot. zadania 3**

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z załączonym schematem C23714? Z możliwością dalszej konfiguracji drenów w zależności od potrzeb użytkownika.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 15 dot. zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dwustopniową o rozmiarach 29/37 i 36/50?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 16 dot. zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę żylną, pojedynczą, zakrzywioną w rozmiarach 18-32 Fr, ale bez metalowej końcówki, tylko połączeniem PVC i silikonu? Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, prosimy o wyłączenie te pozycji do osobnego pakietu.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17 dot. zadania 6**

Czy Zamawiający dopuści ssawkę z koszyczkiem o rozmiarze 13 fr zamiast 12 Fr?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 18 dot. zadania 16**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 16 jednorazowe, atraumatyczne nakładki wykonane z ultra miękkiej pianki o długości 86 mm wraz z bezpłatnym użyczeniem klemu aortalnego o długości 28 cm, zakrzywionego pod kątem 55° o długości bransz 86 mm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza.