



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 października 2018 r.

AG.ZP.3320.62. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu IEGM 17 minut, ale z obecnym algorytmem optymalizacji zapisów (priorytet oraz maksymalna i minimalna liczba epizodów przechowywanych przez urządzenie zależą od typu epizodu. Minimalna liczba epizodów dla każdego typu gwarantuje, że reprezentowany będzie każdy typ epizodu, poprzez zabezpieczenie kilku epizodów o niskim priorytecie przed nadpisaniem przez epizody o wysokim priorytecie, gdy pamięć epizodów będzie pełna)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków, ale z automatyczną zmiany polarności w ostatnim szoku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości dostarczenia elektrod DF1 przystosowanych do pracy w środowisku MRI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu IEGM 17 minut, ale z obecnym algorytmem optymalizacji zapisów (priorytet oraz maksymalna i minimalna liczba epizodów przechowywanych przez urządzenie zależą od typu epizodu.

Minimalna liczba epizodów dla każdego typu gwarantuje, że reprezentowany będzie każdy typ epizodu, poprzez zabezpieczenie kilku epizodów o niskim priorytecie przed nadpisaniem przez epizody o wysokim priorytecie, gdy pamięć epizodów będzie pełna)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków, ale z automatyczną zmiany polarności w ostatnim szoku?

Wyjaśnienie: Tak.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu IEGM 17 minut ale z obecnym algorytmem optymalizacji zapisów (priorytet oraz maksymalna i minimalna liczba epizodów przechowywanych przez urządzenie zależą od typu epizodu.

Minimalna liczba epizodów dla każdego typu gwarantuje, że reprezentowany będzie każdy typ epizodu, poprzez zabezpieczenie kilku epizodów o niskim priorytecie przed nadpisaniem przez epizody o wysokim priorytecie, gdy pamięć epizodów będzie pełna)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków, ale z automatyczną zmiany polarności w ostatnim szoku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 12:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości dostarczenia elektrod DF1 przystosowanych do pracy w środowisku MRI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zapisu IEGM 17 minut ale z obecnym algorytmem optymalizacji zapisów (priorytet oraz maksymalna i minimalna liczba epizodów przechowywanych przez urządzenie zależą od typu epizodu.

Minimalna liczba epizodów dla każdego typu gwarantuje, że reprezentowany będzie każdy typ epizodu, poprzez zabezpieczenie kilku epizodów o niskim priorytecie przed nadpisaniem przez epizody o wysokim priorytecie, gdy pamięć epizodów będzie pełna)?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków, ale z automatyczną zmiany polarności w ostatnim szoku?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości dostarczenia elektrod DF1 przystosowanych do pracy w środowisku MRI?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora do stymulacji sekwencyjnej DDD-R z funkcją aktywnego szukania własnego rytmu komór nie posiadającego funkcji rate drop?

Stymulator posiada funkcje rate fading (rate smoothing) oraz bezprzewodową komunikację z programatorem, śródkatkowy pomiar płynów i jest przystosowany do badania MRI full body scan z automatycznym trybem MRI.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5-7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R posiadającego czułość przedsionka w zakresie 0,5-7,5 mV, niewiele różniący się od parametru wymaganego?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10-11:

Czy Zamawiający uzna za równoważne za 4 typy stymulacji antyarytmicznej zaoferowanie kardiowerterów ICD jednojamowych DF-1 z elektrodą z dwoma typami stymulacji antyarytmicznej (burst i ramp), ale z szeroką możliwością programowania scan decrement w każdej z nich (burst scan i ramp scan)?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 11 i 13:

Czy Zamawiający przez automatyczny tryb MRI rozumie posiadanie przez urządzenie sensora, który wyczuwa wysokie pole magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI w momencie wycucia pola oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy ustanie działanie pola MRI na implant?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o klaryfikację warunku wymaganego: „elektroda defibrylująca jednokoilowa” w zadaniu 1 – Stymulatory resynchronizujące komorowe DDDBiV MRI z kompletem elektrod.

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 8 poprzez usunięcie parametru wymaganego „elektroda defibrylująca jednokoilowa”. Pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Pytanie dot. zadania 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących komorowych DDD BiV MRI z kompletem elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w przedsionku i stymulacji 100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w prawej i lewej komorze?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatorów resynchronizujących DDD BiV bez elektrod o czasie pracy 9 lat 8 mies. przy stymulacji 10%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w przedsionku i stymulacji 100%, 2.5 V/0.4 ms, 60 bpm, 500 Ω w prawej i lewej komorze?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby funkcjonalność MRI była automatyczna czyli urządzenie jest wyposażone w sensor, który wyczuwa wysokie pole magnetyczne i przełącza urządzenie w tryb MRI w momencie wycucia pola oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy ustanie działanie pola MRI na implant?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby funkcjonalność MRI była automatyczna czyli urządzenie jest wyposażone w sensor, który wyczuwa wysokie pole magnetyczne i przelacza urządzenie w tryb MRI w momencie wycucia pola oraz powraca automatycznie do trybu permanentnego, gdy ustanie działanie pola MRI na implant?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI? Dostępne na rynku elektrody zazwyczaj posiadają dopuszczenie do MRI jedynie w standardzie DF-4.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 12:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 12 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI? Dostępne na rynku elektrody zazwyczaj posiadają dopuszczenie do MRI jedynie w standardzie DF-4.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 12 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

Czy Zamawiający w zadaniu 13 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14:

Czy Zamawiający w zadaniu 14 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI? Dostępne na rynku elektrody zazwyczaj posiadają dopuszczenie do MRI jedynie w standardzie DF-4.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 35:

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta do okrycia chorego posiada otwory okrągłe o średnicy 12 cm oraz osłonę foliową o wymiarach 91 x 102 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza otwory okrągłe o średnicy 12 cm, wymiary osłony foliowej pozostają bez zmian.

Pytanie dot. zadania 35:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do stymulatorów, w skład którego wchodzi: Serweta 235 x 330 cm z 2 otworami w kształcie prostokąta o wym. 12 x 16 cm w okolicy podobojczykowej w całości wypełnione folią chirurgiczną. Otwory oddalone od górnego brzegu chusty 75 cm. Wzmocnienie w strefie zabiegowej 75 x 120 cm. Przezroczysta folia z dwóch stron serwety od dołu 90 x 145 cm służąca do zabezpieczenia

pulpitu. Serweta wykonana z materiału Spunbond, 3-layer, absorbent (gr. 74 g/ m²), wzmocnienie spunbond – Saugvlies, 2-layer, strong absorbent (gr. 97,5 g/ m²), folia PE? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy za dni w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Do §1 ust. 2 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §1 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. $\pm 20\%$)?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowania treści wzoru umowy nr 2, poprzez nadanie par. 2 ust. 4 następującej treści: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Sprzedającego do momentu pobrania go z Banku przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo, w razie niewykorzystania sprzętu, jego bezpłatnego zwrotu”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowania treści wzoru umowy nr 2, poprzez nadanie par. 4 ust. 2 następującej treści: „Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu oraz nieodpłatnego powierzenia sprzętu Kupującemu. Ryzyko uszkodzenia lub utraty sprzętu przechodzi na Kupującego w momencie przekazania sprzętu do Banku.”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 4 ust. 2, poprzez wprowadzenie zdania drugiego o następującym brzmieniu: „Ryzyko uszkodzenia lub utraty sprzętu przechodzi na Kupującego w momencie przekazania sprzętu do Banku.”

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 2 poprzez dodanie do par. 3 ust. 1a o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Kupującego.”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 3 ust. 1, poprzez wprowadzenie zdania trzeciego o następującym brzmieniu: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku

przez Kupującego.”

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy nr 1 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy nr 2).

Wyjaśnienie: Wiążące sa zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 wzoru umowy nr 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące sa zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2).

Wyjaśnienie: Wiążące sa zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Kupujący wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 4 wzoru umowy nr 2).

Wyjaśnienie: Wiążące sa zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 wzoru umowy nr 2:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- 1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku;
- 2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Wyjaśnienie: Wiążące sa zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek