

**„Dostawa na pilę posuwisto zwrotną wraz z akcesoriami”  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.  
Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	Parametr / warunek	Warunek graniczny	Podać opis i numer katalogowy
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	<b>1. Piła posuwisto zwrotna (sternotom) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piła posuwisto zwrotna</li> <li>• tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych,</li> <li>• silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250W,</li> <li>• suwy regulowane w zakresie od 0 do 15000 suw./min. przy pomocy przycisku na rękojeści,</li> <li>• brzeszczoty mocowanemsystemem zapadkowym z blokadą,</li> <li>• akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora,</li> <li>• zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora),</li> <li>• akumulatory niesterylizowalne umieszczone systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator,</li> <li>• możliwość zasilania z sieci elektrycznej,</li> <li>• blokada przed niezamierzonym uruchomieniem,</li> <li>• skok ostrza 3,2 mm,</li> <li>• na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu.</li> </ul>	TAK Podać	

3	<b>Bateria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowy akumulator</li> <li>• akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą</li> <li>• napięcie 9,6V</li> <li>• pojemność 1,95Ah</li> <li>• możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora.</li> </ul>	TAK Podać	
4	<b>Oslona ostrza :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osłona ostrza do sternotomu</li> <li>• mocowanie bezkluczykowe</li> <li>• mocowanie w 2 pozycjach.</li> </ul>	TAK Podać	
5	<b>Kosz stalowy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kosz stalowy, perforowany</li> <li>• wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm</li> <li>• uchwyt napędu/piły 1 szt.</li> <li>• uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.</li> <li>• uchwyt lejka do sterylnej zakładania akumulatora 1 szt.</li> <li>• uchwyt na osłonę ostrza</li> <li>• uchwyt na ostrza.</li> </ul>	TAK Podać	
6	<b>Wanna kontenera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wanna kontenera <math>\frac{3}{4}</math></li> <li>• wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm</li> <li>• ręczki blokowane pod kątem 90°.</li> </ul>	TAK Podać	
7	<b>Pokrywa kontenera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrywa kontenera <math>\frac{3}{4}</math></li> <li>• niebieska</li> <li>• filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.</li> </ul>	TAK Podać	
8	<b>Olej:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• olej do smarowania systemu</li> <li>• olej w aerozolu</li> <li>• objętość 300 ml.</li> </ul>	TAK Podać	
9	<b>Brzeczczoty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brzeczczoty do piły posuwisto-zwrotnej</li> <li>• brzeczczot wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji.</li> </ul>	TAK Podać	

10	<b>Ładowarka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ładowarka elektroniczna, uniwersalna</li> <li>• cztery gniazda</li> <li>• wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe</li> <li>• system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów</li> <li>• wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych</li> <li>• proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów</li> <li>• możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń</li> <li>• przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro.</li> </ul>	TAK Podać	
12	Gwarancja minimum 36 miesięcy	TAK Podać	