



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 12.02.2021 r.

AT.Z.2150.44.2.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę elektrod EKG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG dla dorosłych przeznaczonej do Holtera i badań wysiłkowych o rozmiarze 55 mm x 41 mm. Elektroda jest prostokątna, posiada nacięcie do mocowania kabla i spełnia wszystkie inne wymagania określone przez Zamawiającego.”

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK dopuszcza

### Pytanie 2:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG pediatrycznej przeznaczonej do krótkotrwałego monitoringu i badań Holtera. Kształt prostokątny, rozmiar 31 mm x 45 mm. Elektroda spełnia wszystkie inne wymagania określone przez Zamawiającego.”

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK dopuszcza

### Pytanie 3:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1, 2, 3 podania ceny jednostkowej netto elektrod EKG za opakowanie jednostkowe 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.”

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie jednostkowe np. 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniu ilości.

Pytanie 4:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1, 2, 3 możliwości podania ceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie jednostkowe np. 50 szt, z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Pytanie 5:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 elektrod prostokątnych o rozmiarze 44 mm x 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

NIE

Pytanie 6:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 elektrod kwadratowych o rozmiarze 40 mm x 36 mm z języczkiem ułatwiającym ich aplikację, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

NIE

Pytanie 7:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 elektrod owalnych o rozmiarze 42 mm x 36 mm z języczkiem ułatwiającym ich aplikację (średnica 36 mm, średnica z języczkiem 42mm), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 7

NIE

Pytanie 8:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 elektrod okrągłych o rozmiarze 45 mm x 42 mm z języczkiem ułatwiającym ich aplikację (średnica 42mm, z języczkiem 45 mm), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

TAK dopuszcza

Pytanie 9:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 mm x 40 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

TAK dopuszcza

Pytanie 10:

„Prosimy o wyjaśnienie w pozycji 2, czy „nacięcie do mocowania kabla” oznacza podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do mocowania kabla ?”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający miał na myśli przecięcie jednego boku elektrody do połowy jej szerokości celem mocowania kabla.

Pytanie 11:

„Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 elektrod bez nacięcia do mocowania kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

NIE

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu