



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17.03.2017r.

AG.Z.2150.44.5.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę papierów medycznych EKG, USG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 4 papieru o rozmiarze 210mm x 280mm x 240 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 22 ryzy” ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 2:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 5 papieru o rozmiarze 210mm x 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 448 rolek” ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 3:

„ Prosimy o podanie dokładnego rozmiaru papieru w zadaniu nr 11 tj. szerokości i długości oraz ilości kartek w składance” ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga papieru oryginalnego ponieważ posiadany aparat jest na gwarancji, nr kat papieru 2009828-DAO

Pytanie 4:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 papieru o rozmiarze 152mm x 90mm x 160 kartek” ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga papieru oryginalnego ponieważ posiadany aparat jest na gwarancji, nr kat papieru 2009828-DAO

Pytanie 5:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 papieru o rozmiarze 152mm x 90mm x 150 kartek ” ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga papieru oryginalnego ponieważ posiadany aparat jest na gwarancji, nr kat papieru 2009828-DAO

AG.Z.2150.44.5.2017



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 6:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 papieru kompatybilnego – zamiennika oryginalnego papieru GE” ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wymaga papieru oryginalnego ponieważ posiadany aparat jest na gwarancji, nr kat papieru 2009828-DAO

Pytanie 7:

„ Prosimy o podanie dokładnego rozmiaru papieru w zadaniu nr12 tj szerokości i długości” ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Rozmiar 112mm x 25mb

Pytanie 8:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 12 papieru o rozmiarze 112mm x 25m” ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

TAK

Pytanie 9:

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 papieru do KTG kompatybilny z zparatem GE ale nie oryginalny. I jakiej skali ma być papier 210 czy 240 bpm-ów” ?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wymaga papieru oryginalnego ponieważ posiadany aparat jest na gwarancji, nr kat papieru 2009828-DAO

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec