



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.72.22

Zamość, dnia 13 października 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa implantów sercowo-naczyniowych oraz elektrod do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków dla Oddziału Kardiologii.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 2:

Czy zamawiający dopuści protezę z zastawką aortalną o nieznacznie zmienionych parametrach?

Dostępne rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27/29 mm

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

Czy zamawiający dopuści protezę dostępną w rozmiarach: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 2 w załączniku nr 3 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 4 zd. 1 następującego brzmienia: Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 2 ust. 4 zd. 1 wzoru umowy nr 2, który otrzymuje brzmienie: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 2 w załączniku nr 3 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 5 następującego brzmienia: Powierzony sprzęt musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, uszkodzeniem lub przypadkową utratą zgodnie z przyjętymi zasadami, na koszt Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 2 ust. 5 wzoru umowy nr 2, który otrzymuje brzmienie: „Powierzony sprzęt musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, uszkodzeniem lub przypadkową utratą zgodnie z przyjętymi zasadami, na koszt Zamawiającego.”

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 2 w załączniku nr 3 do SWZ poprzez dodanie w § 3 ust. 1 zd. 3 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się nie pobierać z Banku sprzętu, któremu upłynął termin ważności.”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dokonuje zmiany wzoru umowy nr 2 § 3 ust. 1 poprzez dodanie zd. 3 o brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się nie pobierać z Banku sprzętu, któremu upłynął termin ważności.”.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy nr 2 w załączniku nr 3 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 5 o następującej treści: „Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokona kontroli terminu ważności wyrobów medycznych oddanych w depozyt.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. pakiet 6, 12) dotyczy umowy paragraf 7 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Wyjaśnienie: Wiążące pozostają zapisy SWZ.

Krzysztof Polberg

/-/

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu