



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 kwietnia 2016 r.

AG.ZP.3320.9. .16

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę toru wizyjnego wraz z pompą płuczącą i z ssakiem do Pracowni ECPW w Zakładzie Endoskopii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie 1 dot. zapisów umowy, SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drobnego wyposażenia oferowanego wózka (np. relingi) które nie są wyrobami medycznymi – stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których w SIWZ (deklaracja zgodności, certyfikat CE)?.

#### **Wyjaśnienie:**

Tak.

### **Pytanie 2 dot. zapisów umowy § 1 ust. 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów ustępu 4 z paragrafu 1 umowy?.

Ponieważ zakupiony sprzęt to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i co za tym idzie nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Dlatego też jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art. 90 pkt. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych.

#### **Wyjaśnienie:**

Tak



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIA



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie 3 dot. zapisów umowy § 8 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z umowy paragraf 8 ust. 1 zapisów dotyczących napraw związanych z uszkodzeniami na skutek czynników zewnętrznych oraz wynikających z eksploatacji?.

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 4 dot. zapisów SIWZ - Oświadczenie 3 oraz zapisów umowy paragraf 8 ust. 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów o których mowa z w ust. 2 odpowiednio z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych i z 7 dni roboczych na 12 dni robocze?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 5 dot. zapisów umowy § 6 ust. 2.**

Czy w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, ponad terminy określone w § 8 ust. 2, sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o niegorszej jakości w terminie 5 dni roboczych liczonych od podjęcia interwencji serwisowej.”

**Pytanie 6 dot. zapisów umowy, SIWZ, oświadczenia wykonawcy załącznik nr 3 do SIWZ punkt. 2.**

Celem doprecyzowania zapisów dotyczących terminu gwarancji prosimy o uszczegółowienie zapisu punktu 2 w oświadczeniu – Załącznik nr 3 do SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie jest w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

*lek. med Marek Lipiec  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu*