

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Dostawy**

**Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 006050134

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Aleje Jana Pawła II 10

**1.5.2.) Miejscowość:** Zamość

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 22-400

**1.5.4.) Województwo:** lubelskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@szpital.zam.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.szpital.zam.pl/>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f897497b-6251-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00330327/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-12-24 10:12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie**

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie**

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**  
www.szpital.zam.pl

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>**

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:**  
Wymagania zostały określone w SWZ

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy**

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie**

**4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.3320.72.21**

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy**

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie**

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak**

**4.1.9.) Liczba części: 25**

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie**

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie**

## 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

### Część 1

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - Papier do sterylizacji

1. Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/ zielony 100 cm x 100 cm – 18 000 szt.
2. Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/ zielony 75 cm x 75 cm – 14 000 szt.
3. Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/ zielony 60 cm x 60 cm – 3 000 szt.
4. Papier do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały/ zielony 120 cm x 120 cm – 1 000 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 2

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - Rękawy do sterylizacji parowej

1. Rękaw papierowo-foliowy płaski 400 mm – 420 mm x 200 mb – 45 rolek
2. Rękaw papierowo-foliowy płaski 300 mm x 200 mb – 70 rolek
3. Rękaw papierowo-foliowy płaski 250 mm x 200 mb – 64 rolki
4. Rękaw papierowo-foliowy płaski 200 mm x 200 mb – 240 rolek
5. Rękaw papierowo-foliowy płaski 150 mm x 200 mb – 313 rolek
6. Rękaw papierowo-foliowy płaski 100 mm x 200 mb – 240 rolek
7. Rękaw papierowo-foliowy płaski 75 mm x 200 mb – 31 rolek
8. Rękaw papierowo-foliowy płaski 75 mm x 25 mm x 100 mb – 30 rolek

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

#### **4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

##### **Kryterium 1**

#### **4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

#### **4.3.6.) Waga: 100**

#### **4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

### **Część 3**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 3 - Rękawy foliowo- polyolfenowy do sterylizacji parowej

1. Rękaw do sterylizacji 120 mm/ 70 mb – 4 rolki
2. Rękaw do sterylizacji 160 mm/ 70 mb – 4 rolki
3. Rękaw do sterylizacji 250 mm/ 70 mb – 4 rolki
4. Rękaw do sterylizacji 320 mm/ 70 mb – 3 rolki
5. Rękaw do sterylizacji 420 mm/ 70 mb – 2 rolki

#### **4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

#### **4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

#### **4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

#### **4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

#### **4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

#### **4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

##### **Kryterium 1**

#### **4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

#### **4.3.6.) Waga: 100**

#### **4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

### **Część 4**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 4 - Rękawy do sterylizacji plazmowej

1. Rękaw do sterylizacji plazmowej 50 mm/ 70 mb – 2 rolki
2. Rękaw do sterylizacji plazmowej 100 mm/ 70 mb – 100 rolek
3. Rękaw do sterylizacji plazmowej 150 mm/ 70 mb – 110 rolek
4. Rękaw do sterylizacji plazmowej 200 mm/ 70 mb – 60 rolek
5. Rękaw do sterylizacji plazmowej 300 mm/ 70 mb – 65 rolek
6. Rękaw do sterylizacji plazmowej 400 mm/ 70 mb – 14 rolek

#### **4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

#### **4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 5**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 5 - Filtry do kontenerów typu Martin/ Aesculap (jednorazowe)

1. Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parowej o wymiarach 230 mm x 230 mm opakowanie a'100 szt. - 1 000 szt.

2. Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parowej o wymiarach 118 mm x 235 mm opakowanie a'100 szt. - 2 000 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 6**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 6 - Test do kontroli zgrzewu, osłonki na narzędzia, marker do sterylizacji parowej, preparat do czyszczenia kleju z narzędzi, naklejki do oznaczania narzędzi

1. Gotowy preparat czyszczący do usuwania cementu, kleju, przebarwień na narzędziach na bazie neutralnych trepanów pomarańczowych niezawierający zasad i mydła a'500 ml – butelka - 48 szt.

2. Naklejki do oznaczania narzędzi chirurgicznych - 11 kartek gładkich różnych kolorów. Wytrzymujące temperaturę sterylizacji parowej 134°C – 1 szt.
3. Test kontroli zgrzewu do zgrzewarki Hawo HM 850 w formie papierowego arkusza z czarnym polem oraz miejscem do opisu testu, opakowanie a'250 szt. - 9 op.
4. Osłonka 30 mm (szerokość nacięcia) jednorazowa papierowa wytrzymująca temperaturę sterylizacji 134°C opakowanie a'1000 szt. - 8 op.
5. Osłonka 15 mm (szerokość nacięcia) jednorazowa papierowa wytrzymująca temperaturę sterylizacji 134°C opakowanie a'1000 szt. - 8 op.
6. Marker do opisywania pakietów odporny na warunki sterylizacji parowej, nietoksyczny, czarny, 1 mm grubość końcówki – 84 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 7**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 7 - Narożniki na rogi tac

1. Wielorazowe narożniki na tace wykonane z silikonu wymiary 73,1 x 73,1 x 18,5 mm – 80 szt.
2. Jednorazowe narożniki na rogi tac zapobiegające przedzieraniu się opakowań – wymiary: 100 x 100 x 50 mm, opakowanie maks. 600 szt. - 2 op.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## Część 8

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 8 - Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji termicznej

1. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883 lub normą równoważną. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków, w dwóch płaszczyznach ułożonych względem siebie pod kątem 90°C. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Opakowanie a'100 szt. - 14 op.
2. Uchwyt otwierany, w postaci klipsa, kompatybilny ze wskaźnikami procesu z poz. 1, kontrolujących mycie maszynowe z 4 różnych kierunków, wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie czynników chemicznych, mechanicznych i temperaturowych – 2 szt.
3. Wskaźnik chemiczny kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze: parametry dezynfekcji 93°C przez 10 minut, sposób przebarwienia opisany na wskaźniku, niezawierający substancji toksycznych, zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg aktualnie obowiązujących norm, poświadczony aktualnym dokumentem producenta na brak niebezpiecznych substancji toksycznych, opakowanie a' 100 szt. - 14 op.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## Część 9

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 9 - Włóknina do sterylizacji parowej

1. Włóknina 1 200 mm x 1 200 mm gramatura włókniny – 60-70 g/ m2. Potwierdzenie spełnienia norm ISO 11607 lub normy równoważnej i PN-EN 868-2 lub normy równoważnej – 1 000 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 10**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 10 - Test do wykrywania pozostałości białkowych

1. Gotowy do użycia test do wykrywania pozostałości białkowych i zanieczyszczeń białkowych. Jednoelementowy przyrząd z wymazówką i substancją testową zmieniający zabarwienie po 5 s po użyciu bez konieczności inkubacji, wykrywający zanieczyszczenia białkowe na poziomie 1 ug, opakowanie a' 25 szt. - 6 op.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 11**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 11 - Taśmy do sterylizacji parowej

1. Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań jednorazowego użytku o szerokości 1,9 cm x 50-55 mb – 336 szt.

2. Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną do opakowań jednorazowego użytku o szerokości 1,9 cm x 50-55 mb – 384 szt.



**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 12**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 12 - Przyrząd symulujący PCD-Tuba Control

1. Przyrząd symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD. Zestaw posiadający wbudowaną węzownicę o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. Przyrząd o długości 20 cm wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką. Kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bowie&Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną – 2 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 13**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 13 - Test emulacyjny do sterylizacji parowej

1. Test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejącego z przesuwalną substancją wskaźnikową o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z poniższymi parametrami: zakres temperatur i czasu: 134°C/ 7 min, 121°C/ 20 min. Test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014 lub normą równoważną. Na teście informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji. Na teście powinny znajdować się dwa obszary odczytu dla temperatury 121°C i 134°C Wielkość opakowania 250 szt. Testy kompatybilne z przyrządem symulacyjnym - tubą PCD Control – 75 op.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 14

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 14 - Zintegrowany test do sterylizacji parowej

1. Zintegrowany test chemiczny Typ 5 w formie paska z dwoma niezależnymi, różnorodnymi kolorystycznie okienkami oraz przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: Test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014 lub normą równoważną. Na teście informacje w języku polskim o wyniku, normie, nazwie produktu, numerze LOT i dacie przydatności. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności procesu w postaci dwóch okienek o wymiarach 10 cm x 2 cm. Testy kompatybilne z przyrządem symulacyjnym - tubą PCD Control. Opakowanie zawierające 100 szt. - 41 000 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 15**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 15 - Test Bowie&Dick

1. Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska o wymiarach 10 cm x 2 cm, z przesuwalną substancją wskaźnikową. Testy zgodne z normą PN EN ISO 11140-4:2014 lub normą równoważną. Informacje w języku polskim o nazwie produktu, wyniku, numerze LOT, dacie przydatności. Testy kompatybilne z przyrządem symulacyjnym - tuba PCD. Opakowanie zawierające 100 szt. - 1 200 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 16**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 16 - Testy biologiczne do sterylizacji parowej

1. Ampułkowy test biologiczny szybkiego odczytu, zgodny z poniższymi parametrami: Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Kompatybilny z posiadany inkubatorem SPS Medical. Opakowanie 50 szt. - 1 100 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

#### **Część 17**

##### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 17 - Test chemiczny do sterylizacji plazmowej typ 4, taśma wskaźnikowa do sterylizacji plazmowej

1. Test chemiczny paskowy do sterylizacji plazmowej, substancja wskaźnikowa rozmieszczona na całej długości testu, zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski – 9 000 szt.

2. Taśma wskaźnikowa do sterylizacji plazmowej o szerokości 1,9 cm x 50-55 mb – 2 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

#### **Część 18**

##### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 18 - Test biologiczny do sterylizacji plazmowej

1. Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji plazmowej. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej. Odczyt po 24 godzinach inkubacji. Kompatybilny z posiadanym inkubatorem SPS Medical – 120 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 19**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 19 - Naboje do sterylizacji plazmowej

1. Nabój do sterylizacji plazmowej kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym typ: Plazmed RENO-S 130 D, op. 15 szt. - 1 800 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 20**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 20 - Filtry do myjni Belimed WD 250 rok produkcji 2011

1. Filtr powietrza wysokoskuteczny (HEPA) typ FA-13/50 – 4 szt.
2. Filtr wstępny 192 x 192 x 22 kl G4-4 – 4 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 21**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 21 - Akcesoria stacji uzdatniania wody Epuro rok produkcji 2011

1. Wkład do filtra o rozmiarze i progu filtracji NW25/5 – 20 szt.
2. Wkład filtracyjny do filtra węglowego o rozmiarze i progu filtracji 20/20-CA – 16 szt.
3. Wkład filtracyjny do filtra antykoloidowego o rozmiarze i progu filtracji 20/1 – 16 szt.
4. Palnik UV 20-1,6 – 2 szt.
5. Kropelkowy tester do sprawdzania twardości wody – 2 szt.
6. Złoże doczyszczające 50 kg – 1 op.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 22**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 22 - Akcesoria do sterylizatora plazmowego Reno S 130D rok produkcji 2014

1. Filtr HEPPA - Multivent węglowy – 1 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 23**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 23 - Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych

1. Olej do konserwacji narzędzi w sprayu opakowanie 300 ml – 130 szt.
2. Olej do systemów napędowych opakowanie 300 ml – 18 szt.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 100**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 24**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 24 - Rękawice ochronne

1. Rękawice odporne na temp 180°C z możliwością prania do 60°C. Powłoka nitrylowa z polarową wyściółką rozmiar 10 – 8 par

2. Rękawice odporne na temp 180°C z możliwością prania do 60°C. Powłoka nitrylowa z polarową wyściółką rozmiar 9 – 2 pary

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 25**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadania 25 – Test zwalniania wsadu

1. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/ 3,5 min., wskaźnik w technologii typ 6 w opakowaniach 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 i średnicy 2 mm oraz przezroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta – 4 op.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 24 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet**



lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

- Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia zawierająca co najmniej dane na temat parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (może być w formie ulotek, folderów, kart charakterystyki);
- Deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;
- Karta techniczna wyrobu potwierdzająca gramaturę papieru – dot. zadania 1 i 2;
- Certyfikat jednostki zewnętrznej potwierdzający 180 – dniowy okres sterylności – dot. zadania 1;
- Certyfikat jednostki zewnętrznej potwierdzający 365 – dniowy okres sterylności – dot. zadania 3;
- Karta techniczna wyrobu potwierdzająca spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dot. zadania 4;
- Aktualna karta charakterystyki preparatu oferowanego w zadaniu 6 poz. 1.

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Tak

**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

- Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia zawierająca co najmniej dane na temat parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (może być w formie ulotek, folderów, kart charakterystyki);
- Deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;
- Karta techniczna wyrobu potwierdzająca gramaturę papieru – dot. zadania 1 i 2;
- Certyfikat jednostki zewnętrznej potwierdzający 180 – dniowy okres sterylności – dot. zadania 1;
- Certyfikat jednostki zewnętrznej potwierdzający 365 – dniowy okres sterylności – dot. zadania 3;
- Karta techniczna wyrobu potwierdzająca spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia – dot. zadania 4;
- Aktualna karta charakterystyki preparatu oferowanego w zadaniu 6 poz. 1.

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta Wykonawcy”;
- 2) Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdz. XVI SWZ;
- 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zał. nr 2 do SWZ):

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem, także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;  
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;  
jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, należy zamieścić informację o Podwykonawcach w Oświadczeniu.

4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:  
Nie

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:  
Zmiany przewidziane we wzorze umowy - Zał. nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni