

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21.02.2017 r.

AG.Z.2150.31.1.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

#### Pytanie nr 1. Dotyczy pakietu nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów workowych 2000ml (2l) będących częścią systemu ssącego typu „Serres” z jednym portem przełącznikowym – w kierunku pacjenta. Drugi port (do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku.

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe – jak opisany w SIWZ.

System, który chcemy zaoferować Państwu charakteryzuje się jeszcze innymi cechami, które czynią go wygodniejszym:

- wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki.
- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dren w dowolnym kierunku bez załamywania go.
- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umową kompatybilne kanistry oraz osprzęt mocujący.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK, dopuszcza się.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008  
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004  
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007  
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013  
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333  
tel. Sekretariat  
84 6773300  
Fax  
84 6386669  
www.szpital.zam.pl  
e mail:  
szpital@szpital.zam.pl  
NIP  
922-22-92-491  
REGON  
006050134  
KRS  
0000021024  
PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

#### Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu nr 19

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów workowych 3000ml (3l) będących częścią systemu ssącego typu „Serres” z jednym portem przyłączeniowym – w kierunku pacjenta. Drugi port (do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku.

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe – jak opisany w SIWZ.

System, który chcemy zaoferować Państwu charakteryzuje się jeszcze innymi cechami, które czynią go wygodniejszym:

- wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zapisywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki.
- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można używać drenów o różnej średnicy i skierować dren w dowolnym kierunku bez załamywania go.
- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.

#### Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK, dopuszcza się.

#### Pytanie nr 3. Dotyczy pakietu nr 20.

Wnosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności minimum 2100 ml
- sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną)
- automatyczne zawody bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 0 do 45 cm H<sub>2</sub>O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu.
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekccyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

#### Odpowiedź na pytanie nr 3:

TAK, dopuszcza się.

#### Pytanie nr 4. Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty pkt III 7.

Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i zamawiający miał na myśli „Nie otwierać przed: 24.02.2017 r. do godz. 14:00”?

#### Odpowiedź na pytanie nr 4:

Potwierdzamy zapis: „Nie otwierać przed: 24.02.2017 r. do godz.: 14:00”.

Pytanie nr 5. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 8.

Wnosimy o modyfikację zapisu na: Kolejna trzykrotna reklamacja przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 6. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 9.

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treści: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 7. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia ze strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary były od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 wymaga, aby strzykawki do gazometrii posiadały filtr hydrofobowy, uszczelniający się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie wymagamy.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści dreny do klatki piersiowej proste i wygięte posiadające zamiast ścięcia pod skosem, atraumatyczny uchwyt do kleszczy (peana) ułatwiający wprowadzenie, dostarczane z łącznikiem schodkowym w rozmiarze dopasowanym do drenu, o dużej średnicy wewnętrznej pozwalającym na łatwe i szybkie połączenie z zestawem do drenażu?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Obowiązują zapisy zawarte w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 10. Dotyczy części nr 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do przetoczeń posiadał podwójną skalą liczbową – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250 mlh dla 10% i 5-150ml/h dla 20%) tak jak użytkowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu regulatory przepływu?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Nie wymagamy.

Pytanie nr 11. Dotyczy części nr 3.

Czy Zamawiający w celu zapewnienia wygody w użytkowaniu będzie wymagał, aby aparat przetoczeń miał długość min. 195 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak.

Pytanie nr 12. Dotyczy zadania nr 3.

Prosimy o informację czy będzie podawał aparatem do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu podawał lipidy?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Nie.

Pytanie nr 13. Dotyczy zadania nr 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji z regulatorem przepływu 0 – 280 ml/h.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Pozostaje zapis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 14. Dotyczy zadania nr 5.

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji kaniuli dotętnicznej w opakowaniu typu tyvek?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Pozostaje zapis zawarty w zaproszeniu do złożenia ofert.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek