



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 1 sierpnia 2022 r.

AT. Z 2150.31.2.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. : „Dostawa 10 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”, wpłynęły 3 pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

## Pytanie 1:

### **„Pytanie do poz. 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z klawiaturą numeryczną na ekranie dotykowym do wprowadzania wartości parametrów infuzji.”

**Odpowiedź: NIE.**

## Pytanie 2:

### **„Pytanie do poz. 21:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z możliwością zaprogramowania 11 profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku.”

**Odpowiedź: NIE.**

## Pytanie 3:

### **„Pytanie do poz. 27:**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu mocowania pomp do stacji dokujących typu MD60 prod. Ascor. Taki zapis narusza zasady uczciwej konkurencji i uniemożliwia możliwość złożenia konkurencyjnej oferty do pomp ASCOR.”

**Odpowiedź: NIE.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Adam Fimiarz