

Zamość, dnia 24 września 2020 r.



DZP.3320.65. .20

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu do usuwania elektrod**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie dot. zadania 6:**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 6 koszulki z ręcznym napędem o długości roboczej – maks. 45 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. ”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. zadania 6:**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rotacyjnej cewnik mechanicznej z napędem ręcznym przeznaczonej do usuwania wrośniętych elektrod składającej się z bezpiecznej koszulki z ręcznym napędem wyposażonej w element preparujący usytuowany na końcu cewnika wewnętrznego, osłonięty w czasie spoczynkowym a wysuwający się poza cewnik tylko w momencie aktywacji (obrotu) o 0,5 mm, o kształcie umożliwiającym preparowanie tkanek także wokół cewnika?”

Rozwiązanie to, oferowane przez światowego lidera w dziedzinie procedur TLE wpływa dodatnio na bezpieczeństwo wykonywanej procedury.”

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 7:**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koszulki poszerzającej polipropylenowej typu Byrd (nazwa własna produktu firmy xxxxxxxx, dystrybucja w Polsce - xxxxxxxx) o następujących długościach koszulek:

a) w rozmiarze 33/43 cm (standardowe, rozmiar koszulki zewnętrznej i wewnętrznej w parze)

b) oraz w rozmiarze 41/51 cm (długie, rozmiar koszulki zewnętrznej i wewnętrznej w parze)?

Rozwiązanie to, oferowane przez światowego lidera w dziedzinie procedur TLE wpływa dodatnio na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy operatora.”

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 7:**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania koszulki poszerzającej polipropylenowej typu Byrd (nazwa własna produktu firmy xxxxxxxx, dystrybucja w Polsce - xxxxxxxx) o następujących rozmiarach koszulek:

a) rozmiary dla koszulek standardowych 8.5 F, 10.0 F, 11.5 F, 13.0 F,

b) rozmiary dla koszulek długich – 8.5F, 10.0 F, 11.5 F, 13.0 F?”

**Wyjaśnienie:** Nie.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie dot. zadania 8:**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezpieczne mandryny blokujące w dedykowanych rozmiarach w zależności o rozmiarów elektrod, pokrywające wymagany przez Zamawiającego zakres 0,016” do 0,032”?”

Zakresy oferowanych mandrynow:

0.015”/0.38mm do 0.023”/0.58mm

0.015”/0.38mm do 0.023”/0.58mm

0.013”/0.33mm do 0.016”/0.41mm

0.017”/0.43mm do 0.026”/0.66mm

0.027”/0.69mm do 0.032”/0.81mm

Rozwiązanie to, oferowane przez światowego lidera w dziedzinie procedur TLE wpływa dodatnio na bezpieczeństwo procedury i komfort pracy operatora.”

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 8:**

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezpieczne mandryny blokujące w dedykowanych rozmiarach o dł. Całkowitej mandryny w zakresie min 120cm-130 cm w zależności od dedykowanego rozmiaru?”

Rozwiązanie to, oferowane przez światowego lidera w dziedzinie procedur TLE wpływa dodatnio na bezpieczeństwo procedury i komfort pracy operatora poprzez właściwe dopasowanie rozmiaru mandryny do potrzeb procedury.”

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

„Prosimy o zmianę zapisów § 2 ust. 4 wzoru umowy „2” na:

„4. Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu wykorzystania go przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w razie niewykorzystania sprzętu, jego bezpłatnego zwrotu. Zwrot możliwy jest wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych. Za naruszenie opakowania zbiorczego uważane jest również oklejenie taśmą, naklejkami, dodatkowe napisy.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 2 ust. 4 wzoru umowy „2”, który otrzymuje brzmienie: „4. Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu wykorzystania go przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w razie niewykorzystania sprzętu, jego bezpłatnego zwrotu. Zwrot możliwy jest wyłącznie w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych. Za naruszenie opakowania zbiorczego uważane jest również oklejenie taśmą, naklejkami, dodatkowe napisy.”

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Małgorzata Popławska