

Zamość, dnia 14 czerwca 2019 r.



AG.ZP.3320.54. .19

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę soczewek wewnątrzgalkowych i jednorazowych soczewek nagalkowych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści soczewkę z modułem Younga o wartości 62 g/ mm<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści soczewkę występującą w zakresie mocy 4 – 30 D co 0,5 D ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści soczewkę o wymiarach części haptycznej 10,75 i części optycznej 6,15 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści soczewkę z modułem Younga o wartości 92 g/ mm<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.<sup>2</sup>

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną.



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

**Dotyczy § 8 ust. 1 Wzoru Umowy nr 1:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

**Dotyczy § 8 ust. 2 Wzoru Umowy nr 1:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę trifocalną wykonaną z akrylu hydrofilnego z powierzchnią hydrofobową; posiadającą ujemną asferyczną optykę; filtrem UV oraz filtrem światła niebieskiego, wskaźniku refrakcji: 1,46, stopniu uwodnienia 25%; tylną kwadratową krawędzią 360°; średnicy części optycznej: 6,0 mm; średnicy całkowitej: 11,0 mm; z trójogniskowa addycją +1,5D do obszaru pośredniego i + 3,00 D do bliży; Płytkowe części haptyczne; zakres dioptrażu od 0,0 D do +32,0 D co 0,5 D z jednorazowym zestawem do implantacji?



**Wyjaśnienie:** Nie.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek