



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 października 2016 r.

AG.ZP.3320.4. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty do 30 000 euro na dostawę aparatu USG. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. pkt 5, 8, 10: Czy zamawiający dopuści USG o wadze 105 kg, zakresie częstotliwości pracy aparatu w trybie 2D 2 – 16 MHz, posiadający głębokość obrazowania od 2 – 38 cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 19, 26: Czy zamawiający dopuści ultrasonograf, posiadający gniazdo USB z boku aparatu, oraz regulację bramki dopplerowskiej od 5 – 15 mm? Znając konfigurację aparatu chcemy zaznaczyć, że rozwiązanie wejścia USB z przodu aparatu charakteryzuje jednego producenta, co nie pozwala na uczciwą konkurencję i złożenia oferty innym wykonawcom.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 33: Czy zamawiający dopuści głowicę endorektalną o zakresie częstotliwości pracy 4 – 9 MHz i polu widzenia 148°, z możliwością zmiany częstotliwości harmonicznych z wykorzystaniem inwersji FAZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 6: Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu USG wysokiej klasy jednego z największych producentów, który posiada cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik 10-bitowy.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 8: Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu USG wysokiej klasy jednego z największych producentów, którego zakres częstotliwości pracy aparatu w trybie 2D wynosi 1,3 – 16 MHz? Pragniemy zauważyć, że podana częstotliwość spełnia wymagania zakresu pracy oferowanych głowic.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 13: Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu USG wysokiej klasy jednego z największych producentów, który posiada regulacji wysokości natomiast nie posiada możliwości obrotu pulpitu sterowniczego? Konstrukcja proponowanego aparatu pozwala, jeśli zachodzi taka potrzeba, na obrócenie systemu w miejscu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. warunków umowy §6 ust. 6 pkt 2: Prosimy o odstąpienie od zapisu w w/w punkcie.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. warunków umowy §6 ust. 16: Prosimy o doprecyzowanie. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Zobowiązaniem z tytułu zarówno gwarancji, jak i z tytułu rękojmi przysługuje wybór spełnienia swoich obowiązków wobec kupującego w postaci usunięcia wad fizycznych rzeczy lub wymiany jej na wolną od wad.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. warunków umowy §7 ust. 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 5%?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec