



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 1.02.2016r.

AG.Z.2150.2.1.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę defibrylatorów DF-4 wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający dopuści defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1: czas żywotności baterii min 5 lat (100% stym BiV 2,5V 500 Ohm)?”

Odpowiedź na pytanie 1:

NIE.

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524