



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DOR 6143.16.18063.2021

Zamość, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert **na świadczenie usług dozymetrii indywidualnej na całe ciało, pierścionkowej na dłonie, środowiskowej przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych** wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług dozymetrii indywidualnej na całe ciało, pierścionkowej na dłonie i środowiskowej przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych:

1) W rozdziale II pkt. 3 widnieje zapis: „zakres pomiaru dawek dla dawkomierzy na całe ciało wynosił: 0,1 mSv - 10 Sv”.

Określenie wymaganego zakresu rejestrowanej dawki na poziomie 10 Sv jest niecelowe, gdyż zgodnie z obecną wiedzą oraz wymaganiami normatywnymi obowiązujący zakres dawek rejestrowanych przez laboratoria dozymetryczne zamyka się w przedziale do 1Sv, co jest zgodne z zakresem akredytacji AB327 przyznanym przez PCA. W związku z faktem, iż w rzeczywistych pomiarach dozymetrycznych rejestruje się dawki na poziomie mSv, proponujemy zmianę zapisu w zaproszeniu do oferty na zapis: „zakres pomiaru dawek dla dawkomierzy na całe ciało 0,1 mSv-1 Sv”.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż w zakresie dozymetrii środowiskowej oraz pierścionkowej możemy zaproponować Państwu metodę o wyższej czułości niż wymagana w zaproszeniu, co ma dużo większe znaczenie dla prawidłowego oszacowania narażenia niż górny limit 10 Sv dla dozymetrii całego ciała.

2) W rozdziale II pkt. 15 widnieje zapis: „dawkomierze na całe ciało miały prostokątny kształt z optymalnym, przylegającym do odzieży zapięciem”. Proponujemy zmianę zapisu na następujący: „dawkomierz o dowolnym kształcie”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż kształt dawkomierzy nie ma bezpośredniego wpływu na jakość przeprowadzanego pomiaru i nie powoduje różnic w komforcie użytkowania.”

Wyjaśnienie: Zmiana zakresu pomiarowego nie leży w interesie Zamawiającego z uwagi na fakt możliwego wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Zamawiający zainteresowany jest użytkowaniem dawkomierzy o jak najmniejszych rozmiarach – o wymiarach nie większych niż 4,5 cm x 3 cm – kształt nie ma znaczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

- **nowy termin składania ofert to 24.08.2021 r. godz. 12:00**
- **nowy termin otwarcia ofert to 24.08.2021 r. godz. 12:30**

Małgorzata Popławska
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu