

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 22.02.2016 r.

AG. Z.2150.3.2.2016

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu do profilaktyki odleżyn wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany materac służył do opieki długoterminowej, a więc jego komory muszą być wykonane z poliuretanu medycznego lub poliuretanu w osłonie nylonu, czy do opieki krótkoterminowej – komory wykonane z pcv ?

Odpowiedź:

Komory materaca muszą być wykonane z poliuretanu medycznego.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 1 poz. 2:

Czy zamówienie dotyczy materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych wyposażonych w pompę zasilającą zmiennociśnieniową, czy tylko samych materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych bez pompy zasilającej ?

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy materaca przeciwoleżynowego zmiennociśnieniowego wyposażonego w pompę zasilającą współpracującą z wyściółką.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWIASCZANIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524