

Zamość, dnia 6 października 2020 r.



DZP.3320.71. .20

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę aparatu do pomiaru przepływu w pomostach wieńcowych oraz monitorów parametrów życiowych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Czy Zamawiający dopuści monitor parametrów życiowych umożliwiający pomiar temperatury dotykowym elektronicznym termometrem z przewodem, możliwość pomiaru temperatury w jamie ustnej, pod pachą lub doodbytniczo?”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Czy Zamawiający dopuści monitor parametrów życiowych o wadze 4kg?”

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Czy Zamawiający dopuści monitor parametrów życiowych o zakresie pomiaru tętna 25-240 P/min?”

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o poniższych parametrach? :

- Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych,
- sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim,
- możliwość wykorzystania monitora do transportu, waga 5,5 kg, wyposażony w uchwyt do przenoszenia, wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający co najmniej na 5 godzin pracy, w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta, monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu,
- chłodzenie bez wentylatora,



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po  
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora,
- możliwość zapisania powyższych konfiguracji monitora w pamięci USB w celu przeniesienia do innego monitora tego samego typu,
- trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 6 dni i 6 h, z możliwością przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 1 sekunda,
- monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący, 3 krzywe dynamiczne,
- monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali,
- pomiar SpO2 algorytmem Nellcor, pomiar tętna w zakresie: 15-350 uderzeń/minutę,
- nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, pomiar ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin, wyświetlane skurczowe, rozkurczowe i tętno,
- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego, regulacja głośności
- trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu),
- ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych,
- komunikacja z użytkownikiem w języku polskim,
- akcesoria do każdego monitora: przewód połączeniowy do czujników SpO2; czujnik SpO2 na palec dla dorosłych wielokrotnego użytku; przewód połączeniowy do mankietów; mankiet średni dla dorosłych, termometr bezkontaktowy na podczerwień do pomiaru temperatury na czole pacjenta,
- dedykowany wózek lub statyw na kółkach do przewożenia monitora, wyposażony w koszyk na akcesoria.”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do swoich potrzeb, przedstawiając wymagania w Zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca nie może oczekiwać, że to Zamawiający będzie badał przesłany opis parametrów technicznych zamiast konkretnych zapytań dot. przedmiotu zamówienia.

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor parametrów życiowych z pomiarem temperatury ciała dokonywanym bezprzewodowym, elektronicznym termometrem dousznym i pomiarem wyświetlanym na ekranie monitora. Zakres pomiaru temperatury: 34°C do 42,2°C. Sonda pomiarowa chroniona osłonkami usuwanymi bezdotykowo ?”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor parametrów życiowych bez tej funkcjonalności ale z czujnikiem temperatury dousznym ?”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2:**

„Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor parametrów życiowych z funkcją segregacji pacjentów wg nazewnictwa producenta MEWS (Zmodyfikowany stopień wczesnego ostrzegania) z możliwością analizy danych



i zapisywania przypadków ?”

**Wyjaśnienie:** Tak.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Małgorzata Popławska



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

