



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.17.1 .2017

Zamość , dnia 22.03.2017 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/F
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/P
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/P
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/P
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/P
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/P
ISO 22000 : 2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę aparatu EKG dla Poradni Kardiologii Dziecięcej wpłynęły pytania :

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z datą produkcji 2016 ? Aparaty są nowe i nie używane , magazynowane , gwarancja będzie biegła od dnia podpisania protokołu przekazania.

Odpowiedź : NIE

2. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowaną drukarką A4 na papier milimetrowy , bez możliwości wydruku na zewnętrznej drukarce ?

Odpowiedź : NIE

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: 12 Oświadczam , że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw , konserwacji i przeglądów oferowanego elektrokardiografu po okresie obowiązywania gwarancji ?

Odpowiedź : NIE

4. Upriejmie proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych aparatu EKG w pozycji 4 jest: „ Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki przez port USB , niezależnie od komputera PC , wydruk na papierze biurowym A4”- co oznacza zapis „ **zwykła drukarka**” ? To co dla zamawiającego może wydawać się zwykle wymagania doprecyzowania . Czy ma to być każda dostępna drukarka na rynku , drukarka laserowa , atramentowa . Zaznaczam , że odpowiedź „zgodnie z zapytaniem" nic nie wyjaśnia.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 4 nie wskazuje konkretnej drukarki , jedynie wymaga możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce połączonej z aparatem przez port USB na papierze biurowym formatu A4

5. Punkt 7 oraz wzór umowy par. 3 – Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadnione byłaby sytuacja , w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu , a niesprawna byłaby tylko część urządzenia , którego całość poza tym działa bez zarzutu . Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego , a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty . Czy związku z powyższym , Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„ liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół
(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3) ?

Odpowiedź : NIE

6. Punkt 7 oraz wzór umowy par. 3

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną ?

Odpowiedź : TAK

7. Do punktu 7 załącznik nr 2 do zaproszenia .:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości wyboru profili użytkownika ?

Odpowiedź : NIE

8. Do punktu 8 załącznik nr 2 do zaproszenia :

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez formatu wydruku w postaci :
3x4+2,3x4+3,4x3+1,6x2+2, jednak z pozostałymi wymaganiami formatami ?

Odpowiedź : NIE



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524