



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

AG.ZP.3320.70.12643.19

Zamość, dnia 08 listopada 2019 r.



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę papierów do sterylizacji, testów, rękawów do sterylizacji oraz akcesoriów do urządzeń Centralnej Sterylizatorni**. Poniżej podajemy treść zapytań i wyjaśnienia:

*Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania nr 5, pozycja nr 6: Czy w miejsce rękawa o szerokości 420 mm Zamawiający dopuści rękaw 400mm lub 500mm?*

*Wyjaśnienia: TAK dopuści szer. 400mm.*

*Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści przyrządy w postaci kapsuły wykonanej ze stali kwasoodpornej oraz rurki z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości 1,5m i średnicy 2mm?*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

*Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy, które posiadają informację o kolorze referencyjnym umieszczoną na ramce zawierającej 10 wskaźników?*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

*Pytanie nr 4 - dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 500szt. - przyrząd PCD ?*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

*Pytanie nr 5 - dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szer. 2,5 cm?*

*Wyjaśnienia: TAK*

*Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szer. 1,8 cm?*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

*Pytanie nr 7 - dotyczy Zadania nr 15, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

*Pytanie nr 8 - dotyczy Zadania nr 15, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

AG.ZP.3320.70.19 – wyjaśnienia treści SIWZ

Strona 1 z 4

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

*Pytanie nr 9 - dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny test , spełniający opis SIWZ w opakowaniu po 100 szt. + PCD?*

*Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.***

*Pytanie nr 10 - dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmę bez wskaźnika o szer. 2,5 cm?*

*Wyjaśnienia: TAK*

*Pytanie nr 11 - dotyczy Zadania nr 12, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny filtr w opakowaniach po 500 szt?*

*Wyjaśnienia: Nie*

*Pytanie nr 12 - dotyczy Zadania nr 12, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny filtr w opakowaniach po 200 szt?*

*Wyjaśnienia: TAK*

*Pytanie nr 13 - dotyczy Zadania nr 12, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny filtr w opakowaniach po 500 szt?*

*Wyjaśnienia: Nie*

*Pytanie nr 14 - dotyczy Zadania nr 12, pozycja nr 1-3 : W przypadku dopuszczenia (jak wyżej) czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na niepełną ilość opakowań, czy wymaga złożenia pełnych opakowań handlowych.*

*Wyjaśnienia: Wymaga pełnych opakowań handlowych-*

*Pytanie nr 15 - dotyczy Zadania nr 14, pozycja nr 2: Czy z uwagi na fakt, że testy nie są wyrobem medycznym Zamawiający dopuści do oceny test spełniający opis SIWZ bez potwierdzenia klasy wskaźnika, w opakowaniach po 200szt?*

*Wyjaśnienia: ZGODNIE z SIWZ.*

*Pytanie nr 16 - dotyczy Zadania nr 3, pozycja nr 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku zaoferowania niepełnej ilości opakowań Zamawiający wymaga, aby zaokrąglić: do pełnych opakowań w górę, czy zgodnie z zasadami matematyki, na potrzeby wyceny pozostawić niepełną ilość opakowania z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku*

*Wyjaśnienia: Zaokrąglić do pełnego opakowania .*

*Pytanie nr 17- dotyczy Zadania nr 5, pozycja nr 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawa o wymiarach 400mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

*Wyjaśnienia: Tak, dopuszcza.*

*Pytanie nr 18- dotyczy Zadania nr 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres sterylności wynoszący 180 dni został potwierdzony deklaracją wydaną przez Producenta?*

*Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.***

*Pytanie nr 19- dotyczy Zadania nr 4, :*

*1. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści torebkę podezynyfikcyjną w rozmiarze 150x250mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

*Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.***

*2. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści torebkę podezynyfikcyjną w rozmiarze 200x300mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

*Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.***

*Pytanie nr 20- dotyczy Zadania nr 5 Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji plazmowej zbudowane z bezbarwnego laminatu foliowego 3-warstwowego (łącznie z klejem) o grubości*

52µm oraz białego papieru syntetycznego bez zawartości celulozy o gramaturze 64,4g, odporność na przedarcie wg Elmendorfa min. 2,8N w obu kierunkach. Rolki o długości 100m nawinięte papierem na zewnątrz. Wskaźnik sterylizacji umieszczony od strony folii między ścieżkami zgrzewu; oznaczenie norm na rękawie, rozmiar i LOT od strony papieru. Zgrzew dwuścieżkowy. Temperatura zgrzewania 105°C-125°C. Zgodny z normami PN EN 868-5, EN ISO 11607-1,2. Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 21- dotyczy Zadania nr 2, pozycja nr 8:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z fałdą o wymiarach 75mmx35mmx100mb

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607, potwierdzone oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

3. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „ zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 22- dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający dopuści do oceny testy konfekcjonowane e opakowaniach o pojemności 250 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania?

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 23- dotyczy Zadania nr 8:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie taśmy wskaźnikowej (poz. 1 ) oraz utworzenie odrębnego pakietu?

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnej taśmy o szerokości 18mm i długości 55mb po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 24 - dotyczy Zadania nr 5, pozycja nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękaw 400mm lub 500mm?

Wyjaśnienia: TAK dopuści szer. 400mm.

Pytanie nr 25 - dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szer. 2,4 cm? Wyjaśnienia: TAK

Pytanie nr 26- dotyczy Zadania nr 12, pozycja nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o śr. 19 cm?

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 27 - dotyczy Zadania nr 14, pozycja nr 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu który jest samoklejący, ale nie trzeba z tej możliwości korzystać?

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 28 - dotyczy Zadania nr 15, pozycja nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu którego wynik jest w czasie od 1 minuty a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmieni barwę na fioletową ?

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 29 - dotyczy Zadania nr 26, pozycja nr 1:

1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wskazując czas 4 minuty, jeżeli Zamawiający ma na myśli test kl V to zakres czasowy jest od 3,5 do 20 minut.

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów pak po 250 szt.

Wyjaśnienia: TAK

Pytanie nr 30 – dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Wyjaśnienia: TAK

Pytanie nr 31 – dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami

Wyjaśnienia: **ZGODNIE z SIWZ.**

Pytanie nr 32 – dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający ze względu na to, że 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy przesunie termin składania ofert na dzień 18 listopada 2019 roku

Wyjaśnienia: **Wydluzamy termin składania ofert do dnia 18 listopada 2019r. godz. 11:00.**

-

#### **Pytania dotyczące treści wzoru umowy:**

1. Czy za dni w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Wyjaśnienia : Wzór umowy – § 2 ust.1**

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Wyjaśnienia : Jak we wzorze umowy**

Z-ca Dyrektora  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk