



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17.02.2016r.

AG.Z.2150.25.2.16

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę stentgraftów aortalnych do aorty brzusznej rozwidlonych wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści: Stentgraft rozwidlony umożliwiający fiksację nadnerkową. Budowa złożona, wielomodułowa. Wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem, w standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe, proste, temperowane oraz kloszowe.

Optymalna widoczność w obrazie RTG.

Zakończenie proksymalne stentgraftu o budowie „korony” z drutu nitynolowego z mocowaniem w postaci haczyków znajdującej się powyżej części stentgraftu pokrytej poliestrem.

Obecność markerów na brzegach pokrycia, w rozwidleniu stentgraftu oraz na końcach nogawek, marker „E” wskazujący odejście rozwidlenia bocznego. Część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość.

Średnica części aortalnej 23 – 36 mm, średnica części biodrowej 10 – 25 mm.

Całkowita długość pokrycia stentgraftu 130mm, 150mm, 170 mm z możliwością przedłużenia. Długość nogawki kontralateralnej bez strefy nakładania: 50mm, 70mm, 90mm, 105 mm.

W standardzie dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36mm i długości części pokrytej 110mm.

Średnica systemu wprowadzającego 18 – 20 Fr, system części kontralateralnej 16Fr, Maksymalny kąt podnerkowy 75°

System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem, umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania, możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia stentgraftu.

Balon niskociśnieniowy oraz przewodniki sztywne w zestawie ?”

Odpowiedź na pytanie:

TAK

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek med. Marek Lipiec