



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2015-03-18



URS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AOT.IK AOT.IK 2121.2.16.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie rocznego przeglądu okresowego aparatów do znieczulenia ogólnego wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację czy aparaty są wyposażone w monitory, jeśli tak prosimy o podanie typów monitorów oraz czy są wyposażone w moduły gazowe? Prosimy także o podanie producentów monitorów.

Odpowiedź: Aparaty do znieczulenia ogólnego są wyposażone w n/w monitory:

1. Monitor M1205 prod. Philips – 5szt.
2. Monitor Beneview T5 prod. Mindray – 4szt.
3. Monitor S/5 CAM prod. GE – 3szt.

Monitory posiadają moduły gazowe

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację czy będzie wymagał posiadania aktualnych certyfikatów szkoleń u producenta dla inżynierów w celu rzetelnego realizowania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec