



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.33.21

Zamość, dnia 28 czerwca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu do wykonywania trombektomii mechanicznej w świeżym udarze mózgu oraz sprzętu do angioplastyki tętnic szyjnych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 8

"Czy zamawiający dopuszcza cewniki o średnicach od 4,0 do 7,0mm?"

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8

"Czy w Zadaniu 8 Zamawiający dopuści cewnik balonowy do pre- i postdylatacji dostępny w długościach: 20, 30, 40, 60 i 80mm o szerszym zakresie średnic: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm 6.5mm, 7.0 mm. Reszta parametrów zgodnie z SWZ."

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9

"Czy w Zadaniu 9 Zamawiający dopuści stent szyjny o następujących parametrach:

- Stent wykonany z nitinolu, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego, bez dodatkowej warstwy.
- Stent dostarczany w cewniku typu "rapid exchange", kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z przewodnikiem 0,014". Stenty proste o rozmiarach 6, 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 30, 40, 60mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8x6mm oraz 10x7mm i długościach 30 i 40mm.
- Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą a szerszą.
- Stent o zerowej skręcalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania."

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 11

"Czy zamawiający dopuszcza protekcję z koszyczkiem filtrującym o średnicy od 4 mm do 7 mm?"

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy

"W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od chwili otrzymania reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy

"Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją, za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1."

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy w wzorze umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy

"Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?"

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury elektronicznej przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Numer PEPPOL Zamawiającego to: 922292491.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu