

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.**

Dostawa sprzętu endoskopowego

nr sprawy: DZP.3320.55.23

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy.
5. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
6. Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamość, dnia 14 sierpnia 2023 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala

- adres poczty elektronicznej: a.pys@szpital.zam.pl

- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7³⁰ - 15⁰⁰

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <http://www.szpital.zam.pl/> oraz <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu endoskopowego** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).

2. CPV: 33.10.00.00-1

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1

Ligatory:

1. **Rękojeść** z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, końcówka z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania - **20 szt.**

2. **Rękojeść** z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka przezroczysta, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania - **20 szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- końcówka typu OPTI-VU dająca duży kąt widzenia

tak - 5 pkt, nie - 0 pkt

- wyraźny sygnał uwalniania opaski wg oceny użytkownika

tak - 5 pkt, nie - 0 pkt

Zadanie 2

1. Zgłębnik gastrostomijny zakładny metodą pull u pacjentów z możliwym dostępem endoskopowym- 200 szt.

- wykonane z przezroczystego poliuretanu
- linie kontrastujące w rtg
- centymetrowa podziałka na zgłębniku
- specjalna płytką silikonową do mocowania do skóry
- zacisk do zamykania drenu
- przystosowany do podawania diety w systemie ENFit
- w zestawie igła i przewód do implantacji zestawu
- rozmiary 10,14,18F

2. Zgłębnik gastrostomijny do implantacji z dostępu przezskórnego przez istniejący otwór przetoki - 60szt.

- wykonany z przezroczystego silikonu
- koniec żołądkowy zakończony balonem do fiksowania, widoczny w promieniach rtg
- silikonowa płytką mocująca do skóry
- koniec bliższy z dwoma portami typu ENFit
- centymetrowa podziałka na zgłębniku
- rozmiary 14,18,20F

Zadanie 3

Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórną metodą „push” pod kontrolą endoskopową, posiada port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową Rozmiar 15F – 15 szt.

Zestaw zawiera:

- urządzenie do gastropeksji
- trokar z rozszczepialną osłoną ze stali nierdzewnej z końcówką w kształcie ostrosłupa, długość 17,5cm-20cm; średnica 16F
- zgłębnik zakończony balonem 15F; długość trzonu od 22 do 24cm
- 2x nici chirurgiczne
- skalpel
- strzykawkę ze złączem Luer 5ml -1szt.

Zadanie 4

Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika typu PEG – 10 szt.

wykonany z silikonu ; stożkowa końcówka dystalna; wewnętrzny balonik mocujący wykonany z silikonu; zagłębiona końcówka dystalna przy objętości 5ml; mechanizm złącza zestawu przedłużającego ENFIT, SECUR -LOK posiada znacznik RTG ; port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową; szeroki wybór zestawów przedłużających ENFIT; średnica 12F,14F,16F,18F,20F,24F; długość 0,8cm,1cm,1,5cm,2cm,2,5cm,2,7cm,3cm,3,5cm,4cm,5cm (wg potrzeb zamawiającego)

Jeden zestaw w opakowaniu jałowym zawiera:

- zgłębnik gastrostomijny
- zestaw przedłużający do żywienia ciągłego ze złączem ENFIT i kątowym złączem SECUR-LOK, z wtyczkami i portami do podawania pożywienia i leków
- bolusowy zestaw przedłużający ze złączem ENFIT i prostym złączem SECUR-LOK, z portami do podawania pokarmów i leków
- strzykawkę do napełniania i opróżniania balonika retencyjnego
- strzykawkę do podawania preparatów żywieniowych ze złączem ENFIT
- gaziki

Zadanie 5

Zgłębnik dwukanałowy do jednoczesnego żywienia dojelitowego i odbarczania żołądkowego ;posiada podziałkę i znacznik RTG; do wprowadzenia przez kanał endoskopu – 5 szt.

Jałowy zestaw zawiera:

- zgłębnik dożołądkowy 16F
- zgłębnik dojelitowy- 8F
- przekładkę do przełożenia zgłębnika przez nos
- żel
- zestaw portów ze złączem ENFIT
- strzykawką ze złączem ENFIT

Zadanie 6

Zgłębnik do żywienia do dwunastnicy lub jelita cienkiego, do uprzednio założonego już PEG-a 15F; posiada podziałkę i znacznik rtg; długość zgłębnika 120cm średnica 9F – 10 szt.

Zadanie 7

Drenaż do dróg żółciowych

1. **cewnik diagnostyczny angiograficzny,nylonowy:** długość 40cm i 65cm,średnica 5F i 6F -**15szt.**(wg potrzeb zamawiającego)
2. **cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną;**znakowany opaską cieniodajną, 32 otwory boczne na części prostej i pigtail. Rozmiar 8,5F,10,2F 12F,14F, długość 40cm – **15szt.** (wg potrzeb zamawiającego)
3. **cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną;** 5 bocznych otworów; wielkość pigtail 10mm długość 15cm średnica 6.3F, 8.5F, 10.2F, 12F ; długości 25cm średnica 5F, 6,3F,7F,8,5F,10.2F,12F, 14F –**5 szt.**(wg potrzeb zamawiającego)
4. **drenaż nosowo-żółciowy typu pig-tail lub alfa,** długość 240-260cm, średnica 5F, 6F,7F,8.5F, 10F- **2szt.**(wg potrzeb zamawiającego)

Parametry oceniane dla poz. 1 i 3:

- mechanizm blokujący typu Mac-Loc tak - 5 pkt nie – 0 pkt

Parametry oceniane dla poz. 4:

- długość narzędzia 250cm tak - 5 pkt nie – 0 pkt

Zadanie 8

Narzędzia do PTC

1. **przeźskórny zestaw dostępowy,** w skład którego wchodzi igła 22G, długość 15cm, przewodnik 0,018”, długość 60-75cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską – **20szt.**
2. **sztynny przewodnik prosty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE;** średnica 0,035”, długość 80cm- **5 szt.**
3. **sztynny przewodnik zagięty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE;** średnica 0,035”, długość 80cm, kąt zakrzywienia 3mm – **5szt.**
4. **sztynny przewodnik typu Cope;** zagięta, platynowa końcówka, średnica 0,018”, długość 60cm, 100cm – **15szt.**(wg potrzeb zamawiającego)
5. **rozszerzadło mechaniczne o średnicy :6F,7F,8F – 20szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1:

- długość przewodnika wchodzącego w skład zestawu- 60cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 9

Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych – 40szt.(wg potrzeb zamawiającego) wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem,zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035”.

Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i długość 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 mm i długość 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm), długość 4 ,6, 8cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do uwalniania lub odzyskania stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia .Przeznaczony do jednorazowego użytku.

Parametry oceniane:

- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 10

1. **Stent samorozprężalny nitinolowy do przelyku** z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Rękojeść uwalniająca umożliwiającą pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jaki i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8cm, 10cm, 12,5cm, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z przewodnicą 0,035” - **5 szt.** (wg potrzeb zamawiającego)
2. **Stent samorozprężalny nitinolowy do przelyku**, całkowicie pokryty silikonem z dwóch stron, do protezowania łagodnych zwężeń , z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%. Wymagane rozmiary: 8cm,10cm,12cm. Cewnik wprowadzający 8mm współpracujący z przewodnicą 0,035” – **2 szt.** (wg potrzeb zamawiającego)

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2 :

- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
tak – 5 pkt nie – 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak – 5 pkt nie – 0 pkt

Zadanie 11

Proteza samorozprężalna przelykowa-4 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

wykonana z nitinolu,w całości powlekana silikonem,środkowa część z dodatkową powłoką silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy;do terapii po rękawowej resekcji żołądka;długość całkowita protezy 180mm,długość robocza protezy 145mm, średnica protezy 32-28-28;długość całkowita protezy 210mm,długość robocza protezy 175mm średnica protezy 32-28-28;długość całkowita protezy 240mm,długość robocza protezy 205mm;średnica protezy 32-28-28;długość aplikatora 90cm;średnica aplikatora 8mm/24Fr;2 lasso;12 znaczników radiologicznych.

Zadanie 12

Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka – 15 szt.(wg potrzeb zamawiającego)

pokrywany silikonem, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn. System uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienia stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki do 80%.Cewnik wprowadzający o średnicy 7F- 10F. Wymagane długości 6,8, 10, 12 cm

Zadanie 13

Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią – 30 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%;korekta podczas uwalniania; zestaw o średnicy 7F-10F współpracujący z prowadnicą 0,035”. Długość protezy: 6cm, 8cm, 10cm; Markery radiologiczne na końcach i w środku protezy. Zestaw wprowadzany przez kanał endoskopu.

Parametry oceniane:

- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak – 5 pkt nie – 0 pkt

Zadanie 14

Stent samorozprężalny do dróg żółciowych powlekany – 20szt. (wg potrzeb zamawiającego)

perforowany, możliwy do implantacji u pacjentów z pęcherzykiem żółciowym . Średnica 8mm, 10mm,długość od 4 do 10cm

Parametry oceniane:

- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
tak - 5 pkt nie – 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak-5 pkt nie – 0 pkt

Zadanie 15

Proteza samorozprężalna z nitinolu niepowlekana – 10 szt. (wg potrzeb zamawiającego) przeznaczona do protezowania równoległego z markerami widocznymi w rtg na kołnierzach i na środku protezy. Długość 4, 6, 8, 10, 12 cm, średnica 6 lub 8mm. Długość aplikatora 180-200 cm, średnica aplikatora max 6F, do stosowania z prowadnicą 0,025”

Parametry oceniane:

- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 16

Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokryta silikonem na całej długości – 10szt. (wg potrzeb zamawiającego)

kształt typu „diabolo”; średnica protezy 12 lub 14mm, średnica kołnierzy 24mm, długość całkowita 30 lub 40mm, długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,4mm (10F), 12 złotych znaczników: po cztery na kołnierzach, cztery w części środkowej; z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora.

Zadanie 17

1. **Stent samorozprężalny do hamowania krwawień z żyłaków przelyku – 1szt.**
2. **Zestawy do usuwania protez do hamowania krwawień z żyłaków – 1 szt.**

Zadanie 18

Stent samorozprężalny do przelyku niepokrywan- 2szt.

uwalniany proksymalnie; dla średnicy protezy 18 mm, długość protezy 7cm-10cm-12cm-15cm; dla średnicy protezy 23mm, długość protezy 7cm, 12cm.

Zadanie 19

Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Cewnik 7F lub 10F, dł. 220cm.- 1szt.

Zadanie 20

Zestawy do protezowania:

1. **Zestaw do protezowania** długość 190-220 cm , średnica 8,5F jednorazowego użytku, współpracujący z prowadnicą 0,035”, trwały nieodkształcający się popychacz - **70 szt.**
2. **Zestaw do protezowania** długość 190-220 cm, średnica 10F, jednorazowego użytku, współpracujący z prowadnicą 0,035”, trwały nieodkształcający się popychacz - **70 szt.**
3. **Popychacz** 160- 180cm, średnica 7F jednorazowego użytku – **20 szt.**
4. **Popychacz** 160- 180cm, średnica 5F – **20szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| - długość narzędzia 205 cm | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - cewnik prowadzący wchodzący w skład zestawów, wyposażony w platynowy znacznik na końcówce dalszej, widoczny w rtg | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - giętkość narzędzia | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |

Zadanie 21

Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych

1. **Sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych**, jednorazowe, cewnik 8,4F i 9.6F, długość 190-210 cm, temperowany koniec o długości 4cm, do prowadnika 0,035” - **40szt.** (wg potrzeb zamawiającego)
2. **Sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych**, jednorazowe, średnica 8,5F z pięciocentymetrowym końcem stopniowanym od 5 F do 7 F, długość narzędzia 190-210 cm – **40szt.**
3. **Sztywne rozszerzadło do dróg trzustkowych**, jednorazowe, z cieniódajną opaską umożliwiającą wizualizację fluoroskopową. Rozmiar 6.9F - 7F, 5-centymetrowym końcem, końcówka 5F temperowana do 4F na długości 2cm, długość narzędzia 190-210 cm – **20szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| - elastyczność (preferowane miękkie) | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - dobra widoczność w rtg | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - długość robocza 200 cm | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |

Zadanie 22

Balony do usuwania kamieni

1. **Długość balonu 190-210 cm**, średnica cewnika 6,8-5,0 F, średnica balonu 8,5 mm, pojemność 1,5 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” - **20 szt.**
2. **Długość balonu 190-210 cm**, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 12 mm,

- pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” - **50szt.**
- Długość balonu 190-210 cm**, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 15 mm, pojemność 4,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” - **50 szt.**
 - Długość balonu 190-210 cm**, średnica cewnika 6,6 F, średnica balonu 12-15-18-20 mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” – **20 szt.**
 - Balon stosowany do rozszerzania przelyku u pacjentów z achalazją**; długość 8 cm, średnica 30mm i 35 mm; długość robocza 75 cm – 90cm – **2szt.** (wg potrzeb zamawiającego)

Parametry oceniane dla poz. 1, 2, 3, 4:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| - długość robocza narzędzia – 200 cm | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - miękki cewnik umożliwiający wprowadzenie narzędzia do drobnych gałęzi pod ostrym kątem wg oceny użytkownika | tak – 5 pkt | nie - 0 pkt |

Zadanie 23

Prowadnice do ECPW

- Prowadnica dwukolorowa**, ze spiralnym ułożeniem kolorów pozwalającym na pomiar i obserwację ruchu; cieniodajny koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025”, 0,035”, długość 450-480 cm, koniec prosty lub zagięty – **200 szt.** (wg potrzeb zamawiającego)
- Prowadnica do ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych** z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5-6 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa, spiralna końcówka długości 4 cm, dająca cień w promieniach rtg, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzenie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzania. Długość 450-480 cm, średnica 0,025” lub 0,035” - **200szt.** (wg potrzeb zamawiającego)
- Prowadnica posiadająca koniec prosty lub zagięty**, platynowy, widoczny w rtg, długość 450-480 cm, średnica 0,018” - **30szt.** (wg potrzeb zamawiającego)

Parametry oceniane dla poz. 1:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| - prowadnica dwukolorowa | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - manewrowość wg oceny użytkownika | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - stopień sztywności prowadnicy na końcu proksymalnym i dystalnym wg oceny użytkownika | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |

Zadanie 24

Balony do poszerzania dróg żółciowych

- Balon do poszerzania dróg żółciowych**, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 180cm; średnica zewnętrzna balonu 4 lub 6mm, długość balonu 20 lub 40mm; do prowadnicy 0,035”; średnica zestawu wprowadzającego max. 2,5mm (wybór rozmiarów wg potrzeb zamawiającego)- **40szt.**
- Balon uniwersalny do zwężeń przelyku, odźwiernika, jelita, dróg żółciowych**, stopniowana średnica zależnie od ciśnienia (trzy rozmiary), miękka, atraumatyczna końcówka balonu, zaokrąglona; różne długości balonów, markery radiologiczne na obu końcach balonu; współpracujący z prowadnicą 0,035” i kanałem roboczym 2,8mm; dwukanałowy; średnica zestawu wprowadzającego max. 6,3F (wybór rozmiarów wg potrzeb zamawiającego) – **80szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- miękki cewnik, który umożliwia wprowadzenie narzędzia do drobnych gałęzi pod ostrym

kątem (wg oceny użytkownika)

tak – 5 pkt

nie – 0 pkt

Zadanie 25

Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów – 10 szt.

narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm, średnica pętli 30mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia.

Zadanie 26

1. **Trójkanalowy papilotom jednorazowego użytku**; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; dzięki specjalnym nacięciom na osłonie końcówka narzędzia zgina się pod kątem 90 stopni po napięciu cięciwy tnącej; długość narzędzia 1700-1950mm; długość noska 2mm; długość cięciwy 15 - 20mm; średnica końcówki narzędzia 2 mm. -**10 szt.**
2. **Trójkanalowy papilotom jednorazowego użytku**; długość narzędzia 1700-1750mm; długość noska 3 i 7mm; długość cięciwy 20 i 30mm. Znacznik informujący o schowaniu narzędzia w endoskopie – **120 szt.**

Zadanie 27

Nóż igłowy trójkanalowy jednorazowego użytku - 20szt.

długość robocza narzędzia 170cm-200cm, długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm, igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną, zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu.

Zadanie 28

Cewniki do ECPW

1. **Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych**; końcówka dalsza narzędzia do wyboru: krótka zwężana, długa zwężana, standardowa, okrągła lub zwężana; średnica końcówki 2,5-3,5-4 lub 4,5F; długość robocza narzędzia 1650- 1950mm - **200szt.**
2. **Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych** (jednorazowego użytku), średnica końcówki: 4,5 F, do przewodnicy 0,035", długość narzędzia 1650-1950mm – **10szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- długość narzędzia 1950mm

tak – 5 pkt

nie – 0 pkt

Zadanie 29

Nasadka dystalna prosta z bocznym otworem- 40szt. (wg potrzeb zamawiającego)

długość od dystalnego brzegu endoskopu 4mm, średnica nasadki 12,4mm i 15mm

Zadanie 30

Szczypce elektrochirurgiczne, hemostatyczne jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, długość narzędzia 2000mm – 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm– **60 szt.**

Zadanie 31

Klipsownica jednorazowego użytku - 500 szt.

- powłoka teflonowa

-rotacja 360 st.

-możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania

Zadanie 35

Sondy do argonu kompatybilne z diatermią firmy Olympus APU- 300

1. **Sonda do argonu jednorazowa**, czołowa, do kanału roboczego 2,8mm, długość robocza narzędzi 220-230cm – **40szt.**
2. **Sonda do argonu jednorazowa**, czołowa minimalna średnica kanału roboczego 5mm, długość robocza narzędzi 220-230cm – **70szt.**

Zadanie 36

Indigo Carmine 1% w ampułkach po 10ml - **20 amp.**

Zadanie 37

Tusz do podawania podśluzówkowego - 5 opakowań (po 10 ampułkostrzykawkę w jednym opakowaniu)

Zadanie 38

Drobny sprzęt

1. **Jednorazowy standardowy ustnik z gumką**, nie zawiera lateksu- **1000 szt.**
2. **Filtr do ssaka Olympus KV4** – **20 opakowań** (10szt w opakowaniu)
3. **Zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus** - **30 opakowań**(10szt w opakowaniu)
4. **Zawory woda-powietrze** w endoskopach firmy Olympus, wielorazowe – **20szt.**
5. **Zawory ssące** w endoskopach firmy Olympus , wielorazowe– **20szt.**
6. **Zawory woda-powietrze** do endoskopów firmy Olympus, współpracujące z insuflatorem CO₂, wielorazowe- **20szt.**

Zadanie 39

Pokrowce ochronne zabezpieczające tace do transportu endoskopów, do posiadanego wózka transportowego CleanScope.

Jeden zestaw zawiera;

- 1 pokrowiec zielony
- 1 pokrowiec czerwony
- 1 pokrowiec przezroczysty

Pakowane sterylne – **1200 pakietów**

Zadanie 40

Szczoteczki jednorazowe;dwustronne; do czyszczenia kanałów endoskopu; długość robocza 220-230cm; długość włosia z jednej strony 7mm, z drugiej strony 10mm, posiadają plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu – **1000szt.**

Zadanie 41

Szczoteczki jednorazowego użytku do czyszczenia elewatora kleszczyków,wnęki elewatora kleszczyków, kompatybilne z duodenoskopem TJF-Q180V;średnica szczoteczki 2,3mm, długość części czyszczącej 13mm – **350 szt.**

Zadanie 42

Koszycki do ECPW

1. **Jednorazowy koszyk 8- drutowy do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych**; średnica kosza 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm- 1950mm; do kanału roboczego 3,7 mm; możliwość wprowadzenia kosza po przewodnicy 0,035”; posiada port iniekcyjny; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym - **15 szt.**

2. **Jednorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania złożeń w obrębie przewodów żółciowych**; średnica koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm-1950mm; do kanału 2,8mm; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny – **50 szt.**
3. **Jednorazowy koszyk 4-drutowy do usuwania złożeń i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych**; średnica kosza 22mm, długość robocza narzędzia 1900-1950mm; do kanału roboczego 2,8mm; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny – **200szt.**
4. **Jednorazowy koszyk średnica 10 mm do usuwania złożeń z dróg żółciowych do cholangioskopu**; długość narzędzia 2500mm, minimalna średnica kanału roboczego 1,7mm- **5 opakowań (10 szt.)**
5. **Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych**; wykonany z nitinolu; 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzenia po przewodnicy; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; posiada czarny znacznik informujący o schowaniu narzędzia do endoskopu – **15 szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1, 2 i 3:

- długość narzędzia 1900mm

tak - 5 pkt nie -0 pkt

Zadanie 43

Wkład jednorazowy do ssaka KV-4 firmy Olympus o pojemności 2,5l na wydzielinie-1500szt.

dwa uchwyty przy wkładzie; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe, ochrona przeciw grzybowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra, łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta.

Zadanie 44

Szczypce chwytające jednorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębem szcaura, posiadają funkcję rotacji, długość robocza 180cm, średnica kanału roboczego 2,8mm – **15 szt.**

Zadanie 45

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, powleczone PE, łyżeczki owalne gładkie, uchylne do biopsji stycznych; rozwarcie łyżeczek 5mm, długość robocza narzędzia 155cm -160cm, średnica narzędzia 1,8mm-2,0mm - **50szt.**

Parametry oceniane:

- średnica narzędzia 1,8 mm

tak – 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 46

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; pojemność łyżeczek 5-6,1mm, długość robocza narzędzia 2300mm - **2500szt.**

Zadanie 47

1. **Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji**, posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, średnica 30mm do wprowadzania po przewodnicy 0,035” - **10szt.**

2. **Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji**, posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem MAJ-441, wstępnie zmontowany,

średnica kosza 26mm i 30mm - **80szt.**(rozmiar do wyboru przez zamawiającego)

Zadanie 48

Narzędzia do ESD i EMR:

1. **Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego** z prostą lub skośną nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera:cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus GIF- Q165 i GIF- H190 – **5 szt.**(wg potrzeb zamawiającego)
2. **Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji w dolnym odcinku przewodu pokarmowego**, zestaw zawiera cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, długość robocza 230cm – **5 szt.**

Zadanie 49

Nóż jednorazowy- 20szt.

końcówka noża w kształcie kopytki, z funkcją płukania;
minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 2,0mm – długość robocza narzędzia 1650mm-1700mm; długość noża 1,5mm- długość robocza narzędzia 1950-2400mm(wg potrzeb zamawiającego).

Zadanie 50

Nóż jednorazowy elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką - 10szt.

minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 3,5mm;średnica zewnętrzna końcówki izolowanej 1,7mm; długość narzędzia 1650mm-1700m i 2300mmm-2400mm(wg potrzeb zamawiającego).

Zadanie 51

Urządzenie pompujące do balonów do poszerzania, jednorazowe – 10 szt.

Zadanie 52

Jednorazowa elektroda typu walcowatego – 5 szt.

bipolarna; przeznaczona do ablacji zwężen dróg żółciowych w trakcie ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury tkanki. Długość robocza 11mm,18mm lub 22mm(do wyboru); długość całkowita 170 - 190cm; średnica narzędzia7F/18G
Z udostępnieniem generatora VIVA Combo;współpracująca z przewodnicą 0,035”

Zadanie 53

Jednorazowa pętla do polipektomii - 300szt. (wg potrzeb zamawiającego)

z drutu plecionego, owalna, średnica 20mm,25mm,36mm; pętla wykonana z drutu plecionego o grubości 0,3mm; długość robocza narzędzia 2300mm-2400mm współpracująca z kanałem endoskopu 2,8mm.

Parametry oceniane:

-giętkość narzędzia	tak - 5 pkt	nie - 0 pkt
- kontrola nad otwieraniem i zamykaniem pętli	tak - 5 pkt	nie - 0 pkt
- strefa oparzenia po usunięciu zmiany	mała strefa oparzenia – 5 pkt duża strefa oparzenia - 0 pkt	

Zadanie 54

1. **Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna**, owalna, średnica 10 i 15mm;pętla wykonana z drutu plecionego o grubości 0,3mm;długość robocza narzędzia 2300mm-2400mm–**900szt.**

2. **Pętla do polipektomii jednorazowego użytku**, owalna, średnica otwarcia 6mm, możliwość cięcia z użyciem koagulacji lub bez, skalowana rękojeść, długość robocza narzędzia 2300mm-2400mm - **500 szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - giętkość narzędzia | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - kontrola nad otwieraniem i zamykaniem pętli | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - łatwość cięcia na zimno | tak - 5 pkt | nie - 0 pkt |
| - strefa oparzenia po usunięciu zmiany | mała strefa oparzenia - 5 pkt duża strefa oparzenia - 0 pkt | |

Zadanie 55

1. **Pętla elektrochirurgiczna jednorazowego użytku**; do zabiegów EMR, kształt symetryczny półksiężycowaty; średnica pętli 25mm; pętla wykonana z cienkiego drutu o grubości 0,3mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 1650 lub 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm- **30 szt.**
2. **Pętla elektrochirurgiczna jednorazowego użytku**, kształt owalny; średnica pętli 20mm, pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8mm- **100 szt.**

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:

- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| - strefa oparzenia | mała strefa – 5 pkt | duża strefa – 0pkt |
| - zachowany kształt po kilkakrotnym otwarciu pętli | zachowuje – 5 pkt | nie zachowuje – 0pkt |
| - sztywność narzędzia | giętkie – 5 pkt | sztywne – 0 pkt |

Zadanie 56

Jednorazowa płytka do elektrody neutralnej, stosowana u osób dorosłych, kompatybilna z posiadaną diatermią firmy Olympus i diatermią firmy ERBE – **1200 szt.**

Zadanie 57

Protezy plastikowe do dróg żółciowych i trzustki – 30szt.(wg potrzeb zamawiającego) o dużej elastyczności, odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadające dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod aparatem RTG, pełen zakres rozmiarów (5F,7F,8,5F,10F,11,5F).

Zadanie 58

Protezy cienkościennie do dróg żółciowych i trzustki wykonane z miękkiego, elastycznego tworzywa ułatwiającego układanie się protezy; zabezpieczającego przed załamywaniem się; zmniejszającego tarcie podczas wprowadzania; ograniczającego odkładanie się osadu, przez co żywotność protezy jest wydłużona

1. Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych:

- z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy
- w wersjach - centralnie zagięta i ze zgięciem dwunastniczym
- średnice 7 Fr (śr. wewnętrzna 1,7 mm) 8,5 Fr (śr. wewnętrzna 2,1 mm) i 10 Fr (śr. wewnętrzna 2,3 mm)
- długości protez - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm

Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double pigtail”:

wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, z bocznymi otworami drenującymi, widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, w dostępnych średnicach: 7 i 10 F

oraz długościach: 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm

- łączna ilość - 250 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

2. Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych - 60 szt.(rozmiar wg potrzeb zamawiającego)

- wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości
- dostępne w wersji:
 - pojedynczy pigtail bez zaczepów o średnicy 3, 4, 5 Fr o długości protez : od 2 do 13 cm
 - pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym o średnicy - 5 Fr o długości protez : od 2 do 13 cm ; 7 Fr o długości protez : od 3 do 18 cm
 - prosta z proksymalnymi zaczepami o średnicy - 3,4,5 Fr długość protez : od 2 do 13 cm oraz
 - prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym - średnica 5Fr ,długości protez : od 2 do 13 cm oraz średnica 7 Fr i 10 Fr - o długości protez : od 3 do 18 cm
- wszystkie protezy współpracujące z przewodnikiem 0,035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracującej z przewodnikiem 0,021”;
- dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr;

Parametry oceniane dla poz. 1(Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych i Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double pigtail”), poz. 2:

- elastyczność (preferowane miękkie) tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 59

1. **Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego** w składzie:klips 9mm, okrągły; gotowy do założenia ; po 4 zęby w każdej ze szczęk; z nakładką na końcówkę endoskopu;mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru końcówki tępe, krótkie ostre; długość robocza 165cm; do endoskopów o rozmiarach 9,5-11,0mm.

Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10mm okrągły ,gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru końcówki tępe, krótkie ostre lub długie ostre. Długość robocza 165 lub 220cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12mm.

Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11mm okrągły, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru końcówki tępe, krótkie ostre. Długość robocza 165 lub 220cm.Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14mm.

- łączna ilość 5 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

2. **Kotwica do uchwycenia tkanki.** Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach, długość robocza 165 lub 220cm. -**3 szt.**

3. **Szczypce dwustronne.** Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość 165 lub 220cm -**5 szt.**

Zadanie 60

Proteza do dróg żółciowych - 20 szt.

samorozprężalna nitinolowa, przeznaczona do tymczasowego zakładania w łagodnych zwężeniach, pokrywana, ze zwężeniem w części środkowej o 20% w stosunku do końców, z długim lassem (10cm), umożliwiającym jej łatwe usuwanie. Po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej , widoczne w rtg. Średnica protezy po rozprężeniu 6,8 lub 10mm; długość protezy w zakresie 4-8cm,średnica zestawu do prowadzenia maks. 9F, długość zestawu do wprowadzania 180cm.

4. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:

- 1) **Karty katalogowe/ ulotki** oferowanego przedmiotu zamówienia;
- 2) **Charakterystykę techniczno – jakościową** oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
- 3) **Oświadczenie Wykonawcy**, o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku polskim oferowany przedmiot zamówienia, tj. deklaracji zgodności o spełnianiu wymagań zasadniczych, certyfikatów zgodności wydanych przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanych wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- 4) Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia** (służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:

- zadanie 1 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 20 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 21 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 22 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt., poz. 3 - 1 szt., poz. 4 - 1 szt.
- zadanie 23 poz. 1 - 1 szt.
- zadanie 24 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 28 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 31 - 1 szt.
- zadanie 32 - 1 szt.
- zadanie 33 - 1 szt.
- zadanie 42 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt., poz. 3 - 1 szt.
- zadanie 45 - 1 szt.
- zadanie 53 - 1 szt.
- zadanie 54 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 55 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 58 poz. 1 - Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych - 1 szt., Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double pigtail”- 1 szt., poz. 2 - 1 szt.

- 5) Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia** (służące potwierdzeniu zgodności z określonymi wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:

- zadanie 2 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 21 poz. 3 - 1 szt.
- zadanie 23 poz. 2 - 1 szt., poz. 3 - 1 szt.
- zadanie 26 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 27 - 1 szt.
- zadanie 30 - 1 szt.
- zadanie 35 poz. 1 - 1 szt., poz. 2 - 1 szt.
- zadanie 40 - 1 szt.

- zadanie 41 - 1 szt.
- zadanie 42 poz. 4 - 1 szt., poz. 5 - 1 szt.
- zadanie 46 - 1 szt.

2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,

- o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 6. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
 7. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 8. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych** tj.:
 - 1) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy**, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 2) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy**, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 3) **oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
 - 4) **oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji** zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
 - c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
 - 5) **odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 6) **oświadczenia wykonawcy** dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 - 1) dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny

- kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
- 2) dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
10. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Wadium

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- Zadanie 1 – 180,00 zł	- Zadanie 31 – 750,00 zł
- Zadanie 2 – 820,00 zł	- Zadanie 32 – 480,00 zł
- Zadanie 3 – 100,00 zł	- Zadanie 33 – 550,00 zł
- Zadanie 4 – 30,00 zł	- Zadanie 34 – 370,00 zł
- Zadanie 5 – 20,00 zł	- Zadanie 35 – 660,00 zł
- Zadanie 6 – 20,00 zł	- Zadanie 36 – 20,00 zł
- Zadanie 7 – 120,00 zł	- Zadanie 37 – 50,00 zł
- Zadanie 8 – 180,00 zł	- Zadanie 38 – 760,00 zł
- Zadanie 9 – 930,00 zł	- Zadanie 39 – 120,00 zł
- Zadanie 10 – 340,00 zł	- Zadanie 40 – 60,00 zł
- Zadanie 11 – 260,00 zł	- Zadanie 41 – 40,00 zł
- Zadanie 12 – 330,00 zł	- Zadanie 42 – 2.500,00 zł
- Zadanie 13 – 720,00 zł	- Zadanie 43 – 120,00 zł
- Zadanie 14 – 800,00 zł	- Zadanie 44 – 10,00 zł
- Zadanie 15 – 400,00 zł	- Zadanie 45 – 10,00 zł
- Zadanie 16 – 360,00 zł	- Zadanie 46 – 400,00 zł
- Zadanie 17 – 80,00 zł	- Zadanie 47 – 1.400,00 zł
- Zadanie 18 – 90,00 zł	- Zadanie 48 – 90,00 zł
- Zadanie 19 – 40,00 zł	- Zadanie 49 – 400,00 zł
- Zadanie 20 – 550,00zł	- Zadanie 50 – 200,00 zł
- Zadanie 21 – 320,00 zł	- Zadanie 51 – 30,00 zł
- Zadanie 22 – 620,00 zł	- Zadanie 52 – 270,00 zł
- Zadanie 23 – 2.400,00 zł	- Zadanie 53 – 110,00 zł
- Zadanie 24 – 880,00 zł	- Zadanie 54 – 450,00 zł
- Zadanie 25 – 40,00 zł	- Zadanie 55 – 140,00 zł
- Zadanie 26 – 510,00 zł	- Zadanie 56 – 70,00 zł
- Zadanie 27 – 80,00 zł	- Zadanie 57 – 60,00 zł
- Zadanie 28 – 550,00 zł	- Zadanie 58 – 800,00 zł
- Zadanie 29 – 20,00 zł	- Zadanie 59 – 390,00 zł
- Zadanie 30 – 210,00 zł	- Zadanie 60 – 1.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał

- gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu oraz numer sprawy.
 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 1) upływu terminu związania ofertą;
 - 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: a.pys@szpital.zam.pl oraz Platformy

zakupowej znajdującej się pod adresem:

<https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.55.23.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
 - 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>;
 - 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystęp do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
 - 3) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez: podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych;
 - 4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
6. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem”), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 - 1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PadES;
 - 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 - 4) włączona obsługa JavaScript;

- 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pyś tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **17 grudnia 2023 r. (90 dni)**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
 - 1) **Formularz „oferta Wykonawcy”** (zał. nr 1 do SWZ);
 - 2) **Oferta cenowa** przygotowana w sposób podany w rozdz. XVIII SWZ;
 - 3) **Oświadczenie** o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (**JEDZ**);
 - 4) **Przedmiotowe środki dowodowe**;

5) **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty**, o ile ofertę składa pełnomocnik.

6) Dowód wniesienia wadium.

2. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
3. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na platformie.
Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
7. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
 - 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
 - 2) w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
 - 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
 - 4) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
 - 5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
 - 6) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 - 7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego

- z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
8. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
 11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
 12. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 13. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
 14. Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.

1. **Termin składania ofert upływa 19 września 2023 r. o godzinie 11:00.** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
<https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl>
2. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **19 września 2023 r. godz. 11:00.**
3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVII. Termin otwarcia ofert.

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2023 r., o godzinie 12:00.**
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

XVIII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:

Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

2. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
3. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XIX. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

2. Dla zadań 2-6, 11, 12, 16-19, 25-27, 29, 30, 34-41, 43, 44, 46-52, 56, 57, 59, 60:

- 1) Cena – 100%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

3. Dla zadań 1, 7-10, 13-15, 20-24, 28, 31-33, 42, 45, 53-55, 58:

- 1) Cena – 60%
- 2) Ocena techniczna – jakość – 40%

Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu

odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowych/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.

Zasady przyznawania punktów wstępnych:

- parametry oceniane mają określone i konkretne wartości punktowe. W przypadku braku danego parametru ocenianego bądź jego niespełnienia wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale V. SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
- Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje odnoszące się do parametrów ocenianych (charakterystykę techniczno – jakościową/ karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych). W przypadku braku w ofercie danego parametru ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: suma punktów wstępnych uzyskanych za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia tj. stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.