



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 1.02.2017r.

AG.Z.2150.44.1.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny jednorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

#### **Zadanie 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny w rozmiarach L i XL ? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK

### Pytanie 2:

#### **Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

### Pytanie 3:

#### **Zadanie 4,**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunlaced o gramaturze min 68g/m<sup>2</sup> zawierająca pulpcelulozową i włókna poliestrowe. Wstawki chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5um oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m<sup>2</sup>. Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta, elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu.. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN- 13795. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XL-L, XXL-L,, XXL,XL?

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty



URS is a member of Register of Standards Providers Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK

### Pytanie 2:

#### **Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami – do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania wysokie. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

### Pytanie 3:

#### **Zadanie 4,**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, sterylny, jednorazowy pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunlaced o gramaturze min 68g/m<sup>2</sup> zawierająca pulpcelulozową i włókna poliestrowe. Wstawki chroniące przed przenikaniem płynów, z przodu folia polietylenowa na rękawach, nieprzepuszczalny 2-warstwowy laminat zawierający folię polietylenową 27,5um oraz wiskozowo-poliestrową włókninę typu spunlaced 30g/m<sup>2</sup>. Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta, elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu.. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN- 13795. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XL-L, XXL-L,, XXL,XL?

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 4:

**Zadanie 5,**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w rozmiarach S, M, L, XL, dostępne w kolorze niebieskim i zielonym. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 5:

**Zadanie 5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorach niebieskim i zielonym? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

**Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia do złożenia oferty na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku w zakresie zadania nr 5 na dostawę ubrań operacyjnych dotyczące koloru ubrań. Obowiązujący po modyfikacji wymóg: Zamawiający wymaga minimum dwóch kolorów ubrań. Pozostałe parametry bez zmian.**

**Jednocześnie anuluje się treść odpowiedzi udzielanych pismami z dnia 27.01.2017 i 30.01.2017.**

Pytanie 6:

**Zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny zgodny z normą PN EN 13795 o składzie: 1 x serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestetyczny 240x150, 2 x serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75, 1 x serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175, taśma samoprzylepna 9x49, 4 x ręczniki chłonne 18x25, 1 x osłona na stolik MAYO, 1 x serweta na stolik (owinięcie zastawy) 150x190, nieprzemakalność laminatu min 100cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość laminatu na rozrywanie sucho/mokro w strefie krytycznej 115/88 kPa, gramatura: folia PE 40 mikronów i włóknina 23 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie włóknina polipropylenowa 12 g/m<sup>2</sup>, serweta na stolik Mayo złożona wykonana z folii piaskowanej, obłożenia na całej powierzchni serwet operacyjnych minimum dwuwarstwowe, serweta na stolik instrumentariuszki dwuwarstwowa w strefie krytycznej, sterylizacja radiacyjna.?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

TAK

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec