

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
MIKROSKOP OPERACYJNY Z WYPOSAŻENIEM**

<b>Lp.</b>	<b>Parametr / warunek</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana</b>
1.	Aparat fabrycznie nowy, 2022 rok produkcji Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Mikroskop z podstawą jezdną i zintegrowaną jednostką sterującą	TAK	
3.	Minimum 6 niezależnych hamulców elektromagnetycznych statywu	TAK podać	
4.	Hamulce elektromagnetyczne/elektromotoryczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu	TAK	
5.	Sprzęgła elektromagnetyczne głowicy i statywu mikroskopu	TAK	
6.	Ogniskowa płynna w zakresie min. 225-600mm	TAK podać	
7.	Baza stereoskopowa z zakresu 20-25 mm	TAK podać	
8.	Wbudowany system automatycznej kontroli natężenia oświetlenia	TAK	
9.	Automatyczna zmiana natężenia i pola oświetlenia względem zmian powiększenia	TAK	
10.	Oświetlenie główne i zapasowe LED 75W lub ksenon 300W – do wyboru	TAK podać	
11.	Tubus operatora głównego uchylny min. 30-150°	TAK podać	
12.	Tubus asystenta bocznego lewa/prawa strona; uchylny min. 30-150°	TAK podać	
13.	Zasięg ramion mikroskopu od osi statywu do osi optyki min. 1450 mm	TAK podać	
14.	Wbudowana kamera medyczna w rozdzielczości Full HD	TAK	
15.	Zintegrowany system zapisu obrazów i sekwencji video	TAK	
16.	Zintegrowany z mikroskopem monitor Full HD o przekątnej min. 24"	TAK podać	
17.	Adapter do współpracy mikroskopu z posiadany przez zamawiającego laserem chirurgicznym DS-30C prod. Daeshin	TAK	
18.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	